

ARPAT - Area Vasta Centro - Settore Attività Amministrative
via Ponte alle Mosse 211 - 50144 – Firenze

N. Prot. Int Vedi segnatura informatica cl. Dv.13.01.07/15 del a mezzo:

RELAZIONE DI NEGOZIAZIONE/VERBALE

Procedura per l'acquisizione del servizio di rigenerazione colonne deionizzazione acqua (mod MB09) e contestuale ritiro per il Settore Laboratorio dell'Area Vasta Centro.

CIG: Z9D2086A40

Affidamento ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) motivato da assenza di concorrenza.

Premesso che :

1. Con Decreto del Direttore Generale 154 del 19.12.2016 è stato approvato il bilancio economico preventivo di ARPAT 2017;
2. al 31.12.2017 scadrà il servizio in oggetto, affidato alla Ditta Culligan e pertanto si rende necessario procedere ad una nuova procedura per l'affidamento del servizio.
3. La Culligan risulta essere l'unico operatore economico in grado di svolgere il servizio poiché colonne e impianto sono di proprietà della stessa ditta che ne conosce principi e modalità di funzionamento;
4. Ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 63 co. 2 lett. b), ovvero assenza di concorrenza per motivi tecnici;
5. trattandosi di una spesa presunta inferiore a euro 1000 (art. 502 L. 206/2015) in data 26/10/2017 è stata richiesta tramite mail una offerta alla ditta per il servizio di nr 3 rigenerazione e ritiro di due colonne da effettuare nel corso del 2018;
6. l'offerta presentata in data 26/10/2017 risulta essere pari ad euro 150,00 per ogni colonna da rigenerare (comprensiva del ritiro e trasporto) e che pertanto l'importo annuo ammonta ad euro 900,00
7. il prezzo risulta congruo

tutto ciò premesso

si propone l'aggiudicazione del servizio di rigenerazione colonne MB09 e contestuale ritiro delle colonne da rigenerare alla Ditta Culligan Italiana SpA per un importo indicativo annuo di euro 900,00 oltre Iva.

per la presente procedura viene individuato:

- Responsabile del procedimento: Dr. Luca Petroni (Resp. Settore attività amministrative),
- Direttore dell'esecuzione del contratto: Dr. Fabio Cioni (Resp. Set. Laboratorio),
- Referente amministrativo istruttoria: Clelia Vecchione

Firenze, lì 30/10/2017

Il Coordinatore di Area Vasta Centro
Dott.ssa Maura Ceccanti

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Dlgs 82/2005