



Decreto del Direttore amministrativo nr. 65 del 26/07/2018

Proponente: D.ssa Daniela Masini

Settore Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: D.ssa Paola Querci

Estensore: D.ssa Daniela Masini

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito tra Hospital Consulting (capogruppo) e Perkin Elmer (mandante), del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale installate presso le sedi di ARPAT, per la durata di 6 mesi.

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. "1" Relazione	sì	digitale
All. "2" - Atti	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Rilevato che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna di ARPAT, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi di competenza e svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Ricordato che:

- con decreto del Direttore generale n. 172/2013 è stata approvata l’aggiudicazione all’Associazione temporanea di Imprese, costituita da HC Hospital Consulting s.p.a. e Perkin Elmer Italia s.p.a., da parte di Estav Centro, della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale installate presso le sedi di ARPAT, per la durata di quattro anni;
- che in data 13/12/2013 è stato sottoscritto il contratto tra ARPAT e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra HC Hospital Consulting s.p.a. e Perkin Elmer Italia s.p.a., per la durata di 4 anni, dal 01.02.2014 al 31.01.2018;

Considerato che la Regione Toscana con Delibera Regionale di programmazione n. 957 del 06/09/2017 aveva previsto l’indizione della procedura in oggetto a cura di ESTAR;

Ritenuta la necessità di garantire la continuità del servizio di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio utilizzate per lo svolgimento delle attività analitiche alla scadenza del contratto (31.01.2018), questa Agenzia ha chiesto a ESTAR la proroga del servizio per la durata di 6 mesi nelle more dell’espletamento della nuova gara di appalto;

Dato atto che :

- Estar con Determinazione n. 90 del 26/01/2018 ha prorogato il servizio di cui trattasi al R.T.I. aggiudicatario Perkin Elemer Italia s.p.a. e HC Hospital Consulting s.p.a. per ulteriori 6 mesi e quindi fino al 31.07.2018, alle condizioni economiche attualmente in essere, per un importo di Euro 209.185,72 (oltre IVA);
- ARPAT con decreto del Direttore generale n. 7 del 06/02/2018 ha preso atto della proroga affidata da ESTAR con la determinazione di cui sopra;

Rilevato che, ai fini della predisposizione degli atti per l’espletamento della nuova procedura di gara da parte di ESTAR, questa Agenzia ha provveduto con decreto del Direttore amministrativo n. 18 del 24/02/2017 a nominare il gruppo di lavoro interdisciplinare, a supporto del "Responsabile unico del procedimento" per la fase di "progettazione" dell’intervento;

Considerato che:

- la Regione Toscana - Settore Contratti di Regione Toscana ha comunicato (email del 03.04.2018 agli atti) che la procedura riguarderebbe solo ARPAT pertanto non ricorre la condizione per investire ESTAR della procedura di acquisto, per cui ARPAT deve procedere autonomamente;
- con lettera in data 9 maggio 2018, prot. 32859 (agli atti) ESTAR ha comunicato, per i motivi di cui sopra, di non poter indire la procedura di gara e, di conseguenza, anche eventuali ulteriori provvedimenti di proroga del rapporto contrattuale in "essere" devono essere di competenza di ARPAT;
- il gruppo di lavoro di ARPAT nominato con decreto del Direttore amministrativo n. 18 del 24/02/2017 aveva già provveduto alla redazione degli atti di gara nelle riunioni tenutasi in data 04/04/2017, 26/04/2017, 12/07/2017, 06/02/2018 e 16/03/2018 come risulta dai verbali di pari data conservati (in freedocs alla classificazione dv.13.01.05/1240);
- il gruppo di lavoro ha redatto il progetto di gara accompagnato, dal quadro economico dell'appalto, dalla relazione illustrativa e dai capitolati tecnico e normativo (all. sub "1"), trasmessi tramite free-docs al Settore Provveditorato, quale struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Visto il decreto del Direttore generale n. 77/2018 con il quale è stata indetta la procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'appalto del servizio di manutenzione delle apparecchiature per analisi ambientale di ARPAT, per la durata di quattro anni;

Considerato che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara in fase di avvio, si rende necessario assicurare il proseguimento del servizio, senza soluzione di continuità, in quanto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività analitiche di laboratorio, per i motivi meglio esplicitati nella relazione (Allegato sub "1");

Dato atto che la nuova procedura di gara, attualmente in fase di indizione, si prevede che possa ragionevolmente concludersi con la stipula del contratto entro 6 mesi, considerati i tempi incompressibili previsti dal vigente Codice degli appalti;

Considerato che è stato richiesto alla ditta Perkin ELMER ITALIA S.p.A. (capogruppo mandataria in ATI con HC HOSPITAL CONSULTING S.p.A), attuale fornitore del servizio, la disponibilità alla prosecuzione del servizio (comunicazione agli atti) per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento, stimato in sei mesi;

Dato atto che la ditta Perkin ELMER ITALIA S.p.A. (capogruppo mandataria in ATI con HC HOSPITAL CONSULTING S.p.A) ha dichiarato la propria disponibilità, proponendo una riformulazione dell'offerta, al fine di attuarla ai costi di mercato, con modifica ai livelli prestazionali adeguandoli al periodo semestrale, invece che annuale di servizio, per complessivi euro 218.000,00, esclusa IVA;

Vista la "richiesta di acquisto" del Direttore amministrativo, pervenuta via free-docs, al Settore Provveditorato (agli atti), con la quale è stato disposto di affidare il servizio di cui trattasi, all'RTI Hospital Consulting e Perkin Elmer, nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ricorrendo la condizione di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (*"nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure....non possono essere rispettati..."*), per un importo massimo di euro 218.000,00 (IVA esclusa), per le motivazioni riportate nella relazione (allegato sub "1");

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento all'RTI Hospital Consulting e Perkin Elmer, nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ricorrendo la condizione di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (*"nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le"*

procedure....non possono essere rispettati...”), per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 1.8.2018, per l’importo di euro 218.000,00, oltre IVA, importo ritenuto congruo come risulta dalla sopraccitata relazione allegata (allegato sub “1”);

Considerato che l’affidamento di cui trattasi sarà regolato, sotto il profilo contrattuale, dalle disposizioni di cui al contratto in scadenza al 31.07.2018 e dal relativo DUVRI (documenti agli atti), nonché dai seguenti documenti, tutti allegati sub “2”:

- lettera di richiesta offerta
- allegati 1A e 1B
- integrazione al Capitolato speciale di appalto

Considerato, altresì, che l’affidamento di cui trattasi sarà regolato, sotto il profilo economico, dall’offerta economica presentata dal RTI Hospital Consulting e Perkin Elmer (agli atti), per la durata di 6 mesi e per l’importo complessivo di euro 218.000,00, esclusa IVA;

Verificato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per tale tipologia di approvvigionamento, a cui poter aderire ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/99, o altri contratti di soggetti aggregatori che possa soddisfare l’esigenza di acquisto di cui trattasi;

Visto il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e verificato che tali beni non rientrano nelle categorie merceologiche per cui ricorre l’obbligo normativo di aderire a contratti di soggetti aggregatori;

Dato atto che l’affidamento di cui trattasi sarà effettuato tramite l’utilizzo della piattaforma telematica START (Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana), tenuto conto dell’art. 1, comma 450, della L. 296/96 (obbligo di utilizzo della piattaforma telematica);

Dato atto che ad oggi i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno attivati d’ufficio a seguito della presentazione dell’offerta da parte del RTI sulla piattaforma START;

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diverrà efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Considerato, altresì, che il servizio di cui trattasi è un servizio indispensabile per ARPAT e destinato a soddisfare un interesse pubblico (analisi dei campioni di matrici ambientali) e pertanto, la sua interruzione potrebbe determinare un grave danno nei confronti di tale interesse e, quindi, ne deve essere assicurata la continuità;

Ritenuto di disporre l’avvio d’urgenza del servizio, dal 01.08.2018 ricorrendo la condizioni prevista dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2018;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell’Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di affidare, per i motivi meglio esplicitati nella parte narrativa del presente atto, al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito tra Hospital Consulting (capogruppo) e Perkin Elmer (mandante), nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione

del bando, ricorrendo la condizione di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (*“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure...non possono essere rispettati...”*), il servizio di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio di analisi di ARPAT, per la durata di 6 mesi a decorrere dal 01.08.2018, per l'importo di euro 218.000,00, oltre IVA, importo ritenuto congruo come risulta dalla relazione (allegato sub “1”);

2. di procedere all'affidamento di cui trattasi mediante utilizzo della piattaforma telematica START (Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana), tenuto conto dell'art. 1 comma 450 della L. 296/96 (obbligo di utilizzo della piattaforma telematica);
3. di dare atto che l'affidamento diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
4. di disporre l'avvio d'urgenza del servizio di cui trattasi, dal 01.08.2018, ricorrendo la condizioni prevista dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2018;
5. di dare atto che il costo per l'affidamento di cui trattasi quantificato in euro 265.960,00 (IVA compresa) è ricompreso nel bilancio di previsione per il 2018 alla voce “Acquisti di servizi”;
6. di approvare il costo previsto per l'affidamento di cui trattasi in euro 265.960,00 (IVA indetraibile compresa); costi della sicurezza pari a zero (come da DUVRI allegato al contratto in scadenza al 31.07.2018) qui integralmente richiamato, dando atto che detto costo è ricompreso alla voce “Manutenzione e Riparazione” del Bilancio economico di previsione 2018;
7. di dare atto che per l'affidamento è dovuto da ARPAT il contributo A.N.A.C. come da Delibera 1300 del 20 dicembre 2017 pari a euro 225,00 e che il predetto costo è ricompreso alla competente voce “Altri acquisti di servizi” del Bilancio economico di previsione 2018;
8. di dare atto che il “Responsabile Unico del Procedimento” (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Direttore amministrativo e che “il Direttore dell'esecuzione” per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore Laboratorio di Area Vasta Sud;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la fruizione del servizio in scadenza al 31.07.2018, senza soluzione di continuità, stante la sua indispensabilità.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 26/07/2018
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 26/07/2018
- Daniela Masini , il proponente in data 26/07/2018
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 26/07/2018
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 26/07/2018

Direzione amministrativa
SETTORE Provveditorato
Via Nicola Porpora, 22 – 50144 Firenze

Cl. DV.

25.7.2018

OGGETTO: Relazione relativa all'affidamento diretto del servizio di manutenzione delle apparecchiature dei laboratori di ARPAT, per la durata di 6 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Premesso che:

- le apparecchiature per analisi ambientale installate presso le sedi di ARPAT, per un corretto funzionamento necessitano di manutenzioni preventive, correttive e tarature onde prevenire ed evitare fermi macchina e di conseguenza interruzione dell'attività analitica di laboratorio;
- le attività di manutenzione sono essenziali per garantire il rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le numerose prove accreditate dai laboratori ARPAT;
- ARPAT dal 2009 ha affidato il servizio di manutenzione del parco apparecchiature in global service a seguito di procedura di gara aperta espletata per il primo quadriennio da Intercenter, centrale di committenza di Regione Emilia Romagna, e per il secondo quadriennio da ESTAV, soggetto aggregatore di Regione Toscana fino alla data del 31/01/2018;
- Estar, con Delibera Regionale di programmazione n. 957 del 06/09/2017, ha previsto l'indizione della procedura per il servizio di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio di ARPAT, chiedendo all'Agenzia di nominare il proprio collegio tecnico atto a redigere le specifiche tecniche della nuova gara;
- con Determinazione n. 90 del 26/01/2018 Estar comunicava di aver proceduto con la richiesta di proroga alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. (capogruppo mandataria in ATI con HC Hospital Consulting S.p.A) e di aver ottenuto il loro assenso alla proroga;
- con la determinazione sopra citata ESTAR disponeva di procedere con la proroga per il periodo 01/02/2018 sino al 31/07/2018, alle condizioni economiche attualmente in essere, per un importo di Euro 209.185,72 (oltre IVA);
- con e.mail pervenuta in data 3/04/2018 il Responsabile del Settore Contratti di Regione Toscana, comunicava che "a seguito della ricognizione dei fabbisogni è emerso che per questa tipologia di servizio le ASL non hanno alcun fabbisogno in quanto provvedono in altro modo e quindi la procedura riguarderebbe solo ARPAT e il soggetto aggregatore opera solo laddove vi siano fabbisogni di più amministrazioni" invitando quindi l'Agenzia a procedere autonomamente con la procedura di gara;
- che con lettera in data 9 maggio 2018, prot. 32859, ESTAR comunicava di non poter indire la procedura in qualità di soggetto aggregatore e di conseguenza "anche eventuali ulteriori provvedimenti di proroga del rapporto contrattuale in essere" competono ad ARPAT;
- a seguito della comunicazione di Regione Toscana ed Estar, ARPAT procedeva in autonomia alla redazione degli atti utili alla procedura di gara e con Decreto n. 77 del 18/07/2018 procedeva con l'indizione della "procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, sopra soglia europea, per l'affidamento del servizio di Global Service di manutenzione delle apparecchiature per analisi ambientale installate presso le sedi di ARPAT, per la durata di quattro anni";

- il servizio di cui trattasi è un servizio indispensabile per ARPAT e destinato a soddisfare un interesse pubblico (analisi dei campioni di matrici ambientali) e pertanto, la sua interruzione potrebbe determinare un grave danno nei confronti di tale interesse e, quindi, ne deve essere assicurata la continuità alla data del 31.7.2018; pertanto, nelle more dell'espletamento della procedura indetta con decreto D.G. n. 77/2018 per l'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio e dell'esito dei controlli sui requisiti generali ex art. 80 del Codice, occorre provvedere per la prosecuzione del servizio di cui trattasi, senza soluzione di continuità;
- a tal fine è stato richiesto alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. (capogruppo mandataria in ATI con HC Hospital Consulting S.p.A), attuale fornitore del servizio la disponibilità alla prosecuzione del servizio (comunicazione agli atti) per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento, stimato in sei mesi;
- la ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. (capogruppo mandataria in ATI con HC Hospital Consulting S.p.A) ha dichiarato la propria disponibilità, proponendo una riformulazione dell'offerta, al fine di attuarla ai costi di mercato, con modifica ai livelli prestazionali adeguandoli al periodo semestrale invece che annuale di servizio;
- l'offerta pervenuta è stata valutata alla luce dell'importo posto a base della procedura di gara attualmente in corso e ritenuta congrua;

Tutto ciò premesso dato atto che le circostanze di fatto sopraindicate, imprevedibili per ARPAT, hanno determinato una situazione di estrema urgenza, stante il carattere di essenzialità del servizio di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio per analisi ambientale, in quanto non hanno reso possibile espletare la procedura di gara entro la data del 31.7.2018;

rilevato, quindi, che ricorre la fattispecie prevista dall'art.63, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici"

si propone

1. di affidare all'attuale fornitore del servizio, RTI Perkin Elmer Italia S.p.A. (capogruppo mandataria in ATI con HC Hospital Consulting S.p.A), mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni sopra riportate, il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale installate presso le sedi di ARPAT per l'importo di Euro 218.000,00 (IVA esclusa), per la durata di 6 mesi;
2. l'affidamento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
3. di disporre l'avvio d'urgenza del servizio, dal 1.8.2018 ricorrendo la condizioni prevista dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2018;
4. di dare atto che il costo di Euro 265.960,00 (compresa IVA indetraibile), sarà ricompreso nei bilanci di esercizio degli anni 2018, 2019 alla competente voce manutenzione del conto economico del bilancio di previsione per gli anni e per gli importi di competenza.
5. il servizio verrà svolto con le modalità del capitolato tecnico in uso con alcune variazioni elaborate e inserite negli atti dell'affidamento, ed alle condizioni economiche offerte e ritenute congrue, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità del servizio.

Responsabile del procedimento di ARPAT

*Dott.ssa Paola Querci**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

ARPAT – Settore Provveditorato

Via Porpora, 22 – 50144 Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.05 data: a mezzo: PEC

Spett. **Perkin Elmer/Hospital Consulting**

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale installate presso le sedi di ARPAT, per la durata di 6 mesi – CIG. N.....

Il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale installate presso le sedi di ARPAT, affidato a codesto Raggruppamento temporaneo di Imprese, in regime di proroga con Decreto del Direttore generale nr. 7 del 06/02/2018 è in scadenza al 31.7.2018.

Al fine di garantire la continuità del servizio alla predetta scadenza, ARPAT ha adottato il Decreto del Direttore amministrativo n....del..... con il quale è stato disposto di procedere mediante “procedura negoziata senza bando” ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 ad affidare a codesto Raggruppamento temporaneo di Imprese, il servizio in oggetto, per la durata presunta di 6 mesi (fino al 31/01/2019) e per un importo massimo di euro 218.000,00, esclusa IVA, alle condizioni di cui alla Vs. preventiva offerta (via email).L'affidamento di cui trattasi viene effettuato tramite l'utilizzo della piattaforma telematica START (Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana), tenuto conto dell'art. 1 comma 450 della L. 296/96 (obbligo di utilizzo della piattaforma telematica);

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera di invito, dal capitolato speciale di appalto attualmente in essere e relativo DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza), dal documento integrativo del Capitolato speciale di appalto, dall'allegato 1A e allegato 1B , inserito nella documentazione di gara su START, nonché dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto del Direttore generale n. 126/2015 consultabili all'indirizzo internet:

<https://start.toscana.it> - nella sezione Normativa.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Oneri per rischi da interferenza da DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso, pari a zero euro.

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al seguente numero telefonico 055.642259 e/o scrivere all'indirizzo mail Start.Sa@PA.i-faber.com

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 co. 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la presente procedura
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **13:00:00 del giorno 30 luglio 2018**, la seguente documentazione:

- 2.1 - DGUE e MODELLO A.2.0 – dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter);
- 2.2 - OFFERTA ECONOMICA;
- 2.3 - Scheda di dettaglio offerta economica
- 2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
- 2.5 – DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) del contributo pari ad Euro 20,00.
- 2.6 – Dichiarazione di accettazione delle condizioni di affidamento

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter)¹.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e **attraverso il Modello 2.0 – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter)**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A – Idoneità
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE e il Modello A.2.0 – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) dovranno essere compilati e firmati digitalmente

1 Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) dovranno essere rese:

- 1) dai concorrenti utilizzando il Modello 2.0 ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari);
- 2) dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie, dai subappaltatori utilizzando i rispettivi modelli che dovranno presentare per la partecipazione previste nel disciplinare.

(dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

2.2. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - "Offerta e documentazione" (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "*offerta economica*" generato dal sistema e relativo alla "offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione";
- Firmare digitalmente il documento "*offerta economica*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "*offerta economica*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva", idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal corrispettivo di appalto che non dovrà superare Euro 218.000,00 (IVA esclusa), e rappresenta il canone semestrale per il servizio oggetto di appalto, per il periodo 1.8.2018-31.1.2019, che l'operatore economico accetta di eseguire alle condizioni e con le modalità di cui al CSA allegato.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

2.3 – Scheda di dettaglio offerta economica

Il modello è disponibile nella documentazione di gara e allegato alla presente lettera di invito, quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo da indicare nell'offerta economica di cui al paragrafo 2.2) – da inserire a sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il dettaglio Economico dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) **canone semestrale per singolo apparecchio e canone semestrale per tipologia di apparecchiature ;**
- b) **TOTALE canone semestrale** per il servizio di manutenzione della strumentazione, l'importo non deve essere superiore a euro 218.000,00,00 oltre IVA (corrispondente al preventivo di spesa)

2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 – ATTESTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Ai sensi della Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018", pari a **EURO 20,00**.

Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità nazionale Anticorruzione) numero 1300 del 20 dicembre 2017

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018” con le seguenti modalità:

► versamento on-line, collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”;

► in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi” seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributo AVCP”. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

2.6 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

La dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L’Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’operatore economico.
- La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
- L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
- L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,

esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra ARPAT e il soggetto aggiudicatario, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite posta elettronica certificata (PEC).
- Ai fini della presente gara ed ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo di ARPAT e per questa fase è il Responsabile del Settore Provveditorato di ARPAT (Dott. ssa Daniela Masini: e-mail d.masini@arpat.toscana.it).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- Il contratto sarà stipulato a seguito dell'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- I controlli che saranno attivati d'ufficio da ARPAT;
- L'affidamento diverrà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- considerato che il servizio di cui trattasi è un servizio indispensabile per ARPAT e destinato a soddisfare un interesse pubblico (analisi dei campioni di matrici ambientali) e pertanto, la sua interruzione potrebbe determinare un grave danno nei confronti di tale interesse e, quindi, ne deve essere assicurata la continuità, con Decreto del Direttore amministrativo n.../2018 è stato autorizzato l'avvio d'urgenza del servizio, dal 1.8.2018 ricorrendo la condizioni prevista dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2018.

(Obbligo di cui all'art. 16 L.R. 38/2007 e all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 connesso agli affidamenti di servizi e forniture quando la prestazione si svolge in luoghi nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione.)

Ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il soggetto affidatario dovrà presentare la seguente documentazione/informazioni:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Qualora tale verifica dia esito negativo l'Amministrazione:

- revoca l'aggiudicazione nei confronti dell'aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria;
- comunica l'esito negativo della verifica alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera a) D.Lgs. 50/2016.

ARPAT, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione efficace;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;

- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D. Lgs. 50/2016;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'Amministrazione, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

GARANZIA DEFINITIVA (art. 103 D.Lgs. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi e con le modalità individuate all'art. 103 del D. Lgs 50/2016, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA pari a Euro 218.000,00, escluso IVA.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita sotto forma di fideiussione, la stessa deve:

- essere rilasciata da essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata telematica con firma digitale. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'affidatario. L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

5. - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.).

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori.

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell'offerta saranno comunicati ad altri soggetti esterni all'Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Titolare del trattamento dei dati è ARPAT.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Settore provveditorato.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di ARPAT assegnati alle strutture interessate dal presente appalto (Settore Provveditorato – Settore Affari Generali – Settore Bilancio – Settori Laboratorio).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Provveditorato
(Struttura stabile di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016)
Dott.ssa Daniela Masini ²

² Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Codice	Indirizzo	Struttura	Indirizzo	Reperto	entroCost	Stanza	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola	SIC_GESTIONE	CONTRATTO	DESCR_per tipologia	
0000014	0000015	8825	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	CAMPIONATORE AUTOMATICO	THERMO ELECTRO	AS 3000	2006083	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000015	0000015	8826	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	SPETTROMETRO DI MASSA	HERM ELECTRO	GC MS FOCUS DSQ	MS-201240	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta	Gasromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)	
0000016	0000015	Non prese	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 10/5	ELABORATORE PER LABORAZIONE	DELL COMPUTER	COOPTIPLEX GX 620	4HMWY81	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000017	0003303	8050	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 4	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1320	ONKKG97010	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000018	0000015	Non prese	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 10/5	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER	C1704 PPF 1	CN-OY4299-716	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000019	0003532	9016	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	POMPA PER VUOTO PER LABORAZIONE	EDWARDS HIGH V	RV 3	066019387	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000020	0000015	25530	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	76487-OEM-011	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000021	0000015	25531	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	SOFTWARE	THERMO ELECTRO	IXCALIBUR 1.4 SR1		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000022	0000022	7808	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOG	G 2589 A	US 10482569	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta	Gasromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)	
0000023	0000022	7807	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	GASROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOLOG	G 1530 N	US10210018	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta	gasromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)	
0000024	0000022	7810	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	INIEZIONE PER CAMPIONAMENTO	AGILENT TECHNOLOG	G 2613 A	CN10820033	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000025	0000022	7874	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	CONTROLLER PER CAMPIONAMENTO	GERSTEL GMBH	CONTROLLER 505	7456 1506	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000029	0000022	7809	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	CAMPIONATORE AUTOMATICO	AGILENT TECHNOLOG	G 2614 A	CN41028215	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000030	0000022	25510	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS 2000 SP	52329-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000037	0000037	8208	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	ESTRAZIONE SOLVENTI, APPLICAZIONE	GILSON INC	GX-271 ASPEC	260A8N041	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE) diluatore	
0000038	0000037	8091	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	DILUISTORE	GILSON INC	406 SINGLE	640M7H037	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	diluatore	
0000041	0000037	8176	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	ELABORATORE PER LABORAZIONE	DELL COMPUTER	COOPTIPLEX 755	HQTQFJ3	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta		
0000042	0000037	8177	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER	C /	CN-OTP223-737	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta		
0000048		8201	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	/	P 006	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	/	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000050		8204	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP PT 39	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	/	/	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000055		8018	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP PT 39	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	/	/	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000056		8020	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP PT 39	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	/	/	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000059	0000059	8022	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	GASROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOLOG	6890 A	US00038108	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta	gasromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)	
0000063	0000059	Non prese	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS NT	11199-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000099	0000099	7397	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P107	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AXIOVERT 40 CFL	3831000930	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0000100	0000099	7398	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P107	SISTEMA FOTOGRAFICO DA LABORATORIO	CANON INC	POWER SHOT A640		HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0000101	0000101	7467	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P107	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	WILD HEERBRUGG	WILD MB		HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0000102	0000101	7465	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P107	LAMPADA A FLUORESCENZA DA LABORATORIO	LEICA MICROSCOPI	/		HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	
0000105		7403	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 30	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	/	/	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000159	0003920	7979	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP Ed.B P2-12	ELABORATORE PER LABORAZIONE	OLIDATA SPA	PCMD/22015	4750330033	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000160	0003920	22729	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP /	MONITOR PER COMPUTER	BELINEA MONITOR	17 30 S1	AA117590641A	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta		
0000188		8111	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 30	STUFA ESSICCATRICE	MPM INSTRUMENT	M 120 VN	A0201142	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0000215		7997	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P001	SISTEMA PRODUZIONE VUOTO	TCR TECORA	ISOFRIST	808-009	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)
0000216		7998	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	c	MEZZO SISTEMA PRODUZIONE VUOTO	TCR TECORA	ISOFRIST	140-063	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)
0000218		7854	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P001	ANALISI STERILITA' AMBIENTE	TCR TECORA	BRAVO M2	618/076	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0000219		7866	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P001	ANALISI STERILITA' AMBIENTE	TCR TECORA	EASY GAS	209/025	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0000220		7868	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	c	DEPOSITO CELLA DI PELTIER	TCR TECORA	PELTIER FRIGOR	207/024	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)
0000221		7864	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	c	DEPOSITO CELLA DI PELTIER	TCR TECORA	PELTIER FRIGOR	310055	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)
0000224		7847	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P001	ANALISI STERILITA' AMBIENTE	TCR TECORA	BRAVO M2	618/077	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0000232	0000234	7735	06 Dipartimento di Livia	Marradi, 114	2 - UO Attività Laboratorio	/	.	PREPARATORE DI CAMPIONAMENTO	GILSON INC	VALVEMATE II	070-0183L	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	
0000233	0000234	7736	06 Dipartimento di Livia	Marradi, 114	2 - UO Attività Laboratorio	/	.	PREPARATORE DI CAMPIONAMENTO	GILSON INC	VALVEMATE II	D6X-0275L	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	
0000234	0000234	7958	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	ESTRAZIONE SOLVENTI, APPLICAZIONE	GILSON INC	GX-271 ASPEC	260J6N147	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)	
0000235	0000037	7956	06 Dipartimento di Livia	Marradi, 114	2 - UO Attività Laboratorio	/	.	PREPARATORE DI CAMPIONAMENTO	GILSON INC	VALVEMATE	330A7C001	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	
0000236	0000234	7957	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	PREPARATORE DI CAMPIONAMENTO	GILSON INC	VALVEMATE	330A7C025	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta		
0000237	0000234	7954	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	ELABORATORE PER LABORAZIONE	DELL COMPUTER	COOPTIPLEX GX 620	6RP3L2J	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta		
0000238	0000234	25504	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER	CREV A01	CN-OY1178-6418	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta		
0000251	0000234	7959	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	DILUISTORE	GILSON INC	406 SINGLE	640L6T654	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	diluatore	
0000252	0000234	25505	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	55274-OEM-006	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta		
0000253	0000234	25506	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	SOFTWARE	GILSON INC	TRILUTION LH		HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta		
0000338		1163	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	OP11	CORRIDOIO FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGIA	FI 1500	02011730	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0000349		1571	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	2P 11	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	OLYMPUS OPTICAL	SXZ 12	2K21337	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0000352		1554	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	P2 11	CONGELATORE DA LABORATORIO	ARISTON	MUAAA41	6091102099	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0000363		1606	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	P2 10	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA	AF 700 TP AC	1198330	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0000365		1562	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2	LG25	INCUBATORE	NUVE AS	EN 055	xx 04 00 6621	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	incubatori
0000384		1601	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	2P 11	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LEICA MICROSCOPI	DM LS	203832	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0000386		1570	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	2P 11	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	NIKON CORP	SMZ 800	1033891	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0000388		24448	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	2P 11	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AXIOVERT 40 C RO	3825000597	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0000395		1480	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1	14	BIOLUMINOMETRO PER ECOTOSSICITA'	ECOCOTOX LDS SRL	MICROTOX M 500	5002033	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	bioluminometro per ecotossicità
0000405		1379	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG10CP23	INCUBATORE	MPM INSTRUMENT	M 400 TB	9901130	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	incubatori
0000409		1607	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1	13	INCUBATORE	ISCO SRL	FTD 500	7440 HZA	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	incubatori refrigerati
0000429		1615	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	OP12	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGIA	FI 700 AC	10012083	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0000444	0000444	1715	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P012	CROMATOGRAFO IN FASE	LIDIONE X CORP	ICS 90	03100834	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta	cromatografo ionico
0000445	0000444	1717	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	SEMINT	CAMPIONATORE AUTOMATICO	LIDIONE X CORP	AUTOMATED SAME	30961	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta	
0000464		1508	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	P212	CAPPA ASPIRANTE	/	/	/	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0000518		1578	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	P210	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/	/	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0000522		1844	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P024	MINERALIZZATORE A MICROONDE	MILESTONE SRL	ETHOS TC	/	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gestione Diretta	mineralizzatore a microonde
0000552		1830	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	P2 10	ARMADIO ASPIRATO	ASECOS GMBH	/	546916	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	armadio aspirato
0000556		1372	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 16	AGITATORE DA LABORATORIO	RETSCH GMBH	AS 200 CONTROL	81203007	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	setacciatore analitico
0000557		1336	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P024	STUFA ESSICCATRICE	ISCO SRL	9000	/	HC Hospital Consulting S.p.A.	Gestione Diretta	stufa essiccatrice

0000561		136	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP014	MOLINO DA LABORATORIO	RETSCH GMBH	BB 100	0071	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio	
0000562		4874	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 16	MOLINO DA LABORATORIO	RETSCH GMBH	SM 100	008	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio	
0000570		1614	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in P204	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGIA F	1500	12012167	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000605		564	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P026	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD LASERJET	1200	0402131568W	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000609	0000609	638	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P026	CROMATOGRAMMA IN FASE LIQUIDA	LIQONEX CORP	GS 50	05030205	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	cromatografo in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC	
0000626	0000626	1675	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP C P5 STRU	GASCROMATOGRAFO	PERKIN ELMER CO	AUTOSYSTEM XL	610N6082105	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)	
0000627		16142	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG12	DESORBITORE TERMICO	PERKIN ELMER CO	ATD 400		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000628	0000626	16077	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG12BI	PRODUZIONE DI IDROGENO	PACKARD INSTRUM	V9200	416632	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	generatori di gas	
0000629	0000626	16078	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG12BI	ELABORATORE PER LABORATORIO	DELL COMPUTER	COOPTIPLEX GX 270	IBCLV01	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000631	0000626	15288	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO						PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000632	0000626	15320	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO						PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000650		16070	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG12	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDING	MC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000653		16071	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG12	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDING	MC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000656		15450	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG4	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	PREMIUM	22.874.096.2	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000657		15763	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG4	CONGELATORE DA LABORATORIO	SAM SCIENTIFICA	SAF 700 1P BT	11233	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio	
0000658		15948	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG4	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGIA F	1500 TP AC	1299837	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000659		15947	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG4	FRIGORIFERO BIOLOGICO	SAM SCIENTIFICA	SAF 700 1P		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000660		15946	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG4	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	CN 3366	3311	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000663		15768	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG22	INCUBATORE	KW APPARECCHI SC	WPL	WP00425	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0000665		15865	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG22	STUFA ESSICCATRICE	BINDER GMBH	ED 115	06-04-297	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0000667		15770	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG22	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDING	MC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000668		15864	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG22	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDING	MC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000672		15842	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG21	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDING	MC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000673		15843	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG21	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDING	MC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000674		15844	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG21	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	BUCHI LABORATOR	B 811	30578701	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)	
0000676	0000676	15847	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG21	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	DIONEX CORP	ASE 200	97090503	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)	
0000677	0000676	15754	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG21	ELABORATORE PER LABORATORIO		/	1900601600016	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000678	0000676	15753	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG21	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARD	ULTRA VGA 1280	KR73889641	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000679	0000676	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P5 LG21	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS NT	249898-OEM-36	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000680	0000676	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP /	SOFTWARE	DIONEX CORP	AUTOASE	2.1	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000683		15858	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG20	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDING	MC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000684		15855	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG20	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDING	MC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000689	0000689	15856	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG20	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	JOUAN SA	RCT 90	80305001	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)	
0000691	0000689	15855	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG20	EVAPORATORE	JOUAN SA	RC 10 10	803050011	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	evaporatore	
0000692		15763	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG20	FRIGORIFERO BIOLOGICO	SAM SCIENTIFICA	SAF 700 1P	11236	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000746	0000746	14801	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP LG03/1	CONTATORE A SCINTILLAZI	PERKIN ELMER CO	QUANTULUM LOW	12200416	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	contatore a scintillazione e luminescenza	
0000751		0008598	14728	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP LG03/1	RIVELATORE AL GERMANIO	EG & G ORTEC	GEM 30P4	45-TP12135B	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0000752		0008598	14726	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP LG03/1	CAMERA DI IONIZZAZIONE	EG & G ORTEC	/		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	dosimetro
0000774	0000746	14813	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP LG03/2	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER	CAS 501	CN-DGU623-641	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000775	0000746	15289	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP LG03/2	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	76487-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000776	0000746	15042	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP LG03/2	SOFTWARE	WALLAC OY	WINQ	1.2	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000779		9312	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	CONGELATORE DA LABORATORIO	BICASA SPA	CV 260/30	289029	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio	
0000782		9313	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 16	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA	AF 700	1098298	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000806		9430	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	INCUBATORE	BICASA SPA	TERMOSTABIL C3T	4/C/B	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0000818		9440	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000828		9358	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 13	AUTOCLAVE	FEDEGARI AUTOCL	CLFVA 3	NF2393AD	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	autoclave	
0000829		9117	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 11	STEREOSCOPIO	NIKON CORP	SMZ 2 T		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0000830	0000829	9116	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 11	FONTE LUMINOSA DA LABORATORIO	FORT FIBRE OPTIC	GLI-156 P		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0000831		8768	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 11	MICROSCOPIO OTTICO DA	PABISCH SPA	TOP BIO		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0000834		8771	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 11	MICROSCOPIO OTTICO DA	ZEISS CARL	STEMI SV 6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0000835	0000834	8772	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 11	FONTE LUMINOSA DA LABORATORIO	ZEISS CARL	KL 1500 LCD	215356	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0000843		8504	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c PT 22	SISTEMA PRODUZIONE VU	TCR TECORA	IGLOO	188/122	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)	
0000844		8492	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c PT 22	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO M2	903/304	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria	
0000845		8493	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c PT 22	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO R	903/148	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria	
0000848		8499	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c PT 22	FUMI, ANALIZZATORE DI	EUROTRON GREEN	GREENLINE MK2	0010740	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore di fumi	
0000864	0000894	8927	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER	C1703 FPS	GB-04Y273-476	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000868	0000868	8899	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP Ed. B P2/0	GASCROMATOGRAFO	THERMO ELECTRO	TRACE GC ULTRA	IT-20033034	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)	
0000869	0000868	22703	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	CAMPIONATORE AUTOMATICO	THERMO ELECTRO	IAS 3000	20030112	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000872	0000868	22704	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	CAMPIONATORE AUTOMATICO	THERMO ELECTRO	IAS 3000	20076371	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000882		9922	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP PT 39	SISTEMA PRODUZIONE VU	LAUDA DR R	WOBS/ECOLINE RE 212		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)	
0000883		9921	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP PT 39	EVAPORATORE	STEROGLOSS SRL	STRIKE 202	5161	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	evaporatore	
0000888		9390	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 16	MOLINO DA LABORATORIO	RETSCH GMBH	SM 2000	212811008A	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio	
0000889		10106	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI/0	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA	AF 700	1098297	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000890		10041	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI/0	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	FWF 20		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato	
0000894	0000894	8929	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	CROMATOGRAMMA IN FASE LIQUIDA	WATERS CORP	ALLIANCE 2695	C01SM7025M	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	cromatografo in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC	
0000895		8930	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	DESORBITORE TERMICO	DBS STRUMENTI	SCPCO 200	0106216	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000896	0000894	8933	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	RIVELATORE FLUORIMETRI	WATERS CORP	2475	H01475014N	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000897	0000894	8934	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	RIVELATORE CON DIODE AR	WATERS CORP	996	E01996082	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000899	0000894	8928	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	ELABORATORE PER LABORATORIO	DELL COMPUTER	COOPTIPLEX GX 280	04 02 135847J	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0000902		Non prese	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 10/S	UNITA' REAGENTI	WATERS CORP	REAGENT MANAGE	F01RMA612M	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		

0000903	0000894	25541	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	55274-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000904	0000894	25542	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	SOFTWARE	WATERS CORP	EMPOWER PRO	1154	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000912	9947	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 27	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000913	17416	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000914	0000921	8688	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	CELLA ELETTROCHIMICA DI	GW GENERAL WATER	POST COLUMN REACTION MODULE		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000915	0000921	8947	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	MODULO CONTROLLO TEM	GW GENERAL WATER	TEMPERATURE CONTROL MODULE		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000916	0000894	8931	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	UNITA' REAGENTI	WATERS CORP	REAGENT MANAGEFO1RMA591M		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000917	17418	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000918	0000921	8685	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	CAMPIONATORE AUTOMATI	WATERS CORP	717 PLUS		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000919	0000921	25593	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP10/5	COLLETTORE DI FRAZIONI	GW GENERAL WATER	FRACTION COLLECTOR	D05WFC858M	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000920	0000921	8686	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	RIVELATORE FOTOMETRICO	WATERS CORP	2487		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000921	0000921	8684	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	CROMATOGRAFO SU COLON	WATERS CORP	1525	C 05WFC858M	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	cromatografo a permeazione di gel GPC	
0000922	0000921	8946	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	ELABORATORE PER LABOR	ESSEDI	/		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000924	0000921	25543	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	76435-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000925	0000921	25544	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	SOFTWARE	WATERS CORP	EMPOWER	1154	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0000926	10032	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	DIONEX CORP	ASE 200	98070132		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)	
0000942	10033	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPTP 39	CONGELATORE DA LABORAT	ELECTROLUX AB	EU7717C	82000544		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio	
0000963	8806	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPTP 39	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	VELP SCIENTIFICA	SER 148 3	4972057		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)	
0000974	8818	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 40	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000975	8819	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 16	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0000980	8817	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 16	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGIA	AF 500 TP AC	259458		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0000987	0003313	9883	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 32	PRODUZIONE DI IDROGENO	CLAIND SRL	HG 200	8484	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	generatori di gas	
0001000	8786	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 30	MUFFOLA	BICASA SPA	BE 43	3000W		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	muffola	
0001001	20865	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG10CP22	BAGNO TERMOSTATICO	FALC INSTRUMENT	WB MD24	B990048		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	bagno termostatico	
0001006	20774	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPedif. C pi	CAPPA BIOLOGICA	MDH LTD	MICROFLOW			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare	
0001017	20862	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2 LG21	CAPPA STERILE	BIOAIR INSTRUMENT	AURA HZ 48 ORIZZ	B10T06N4780		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare	
0001033	20852	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in	Seminter	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI	INDBASIC 700 1 TN	45437	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0001052	20807	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP-1	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	FWF 20			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	armadio aspirato	
0001053	20808	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP-1	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	FWF 20			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	armadio aspirato	
0001054	20882	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 19	LAVAGGIO E DISINFEZIONE,	MIELE & CIE	GMBH 6 7804	53098761		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	lavavetria	
0001061	20794	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG10CP23	AUTOCALORE PER PICCOLI	CANTERINTERNATIONAL	PALFA JUNIOR	025764		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	autoclave	
0001070	20581	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG07/3	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	HERON			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0001071	0001071	18872	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPED C 3P	LC	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	GILSON INC	ASPEC XL	290A5X8008	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0001072	0001071	18612	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3 LG12	ELABORATORE PER LABOR	/			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta		
0001073	0001071	18874	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP3 LG12	MONITOR PER COMPUTER	PHILIPS MEDICAL	107 S 6	B200108111553	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta		
0001074	0001071	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	52329-OEM-000	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta		
0001075	0001071	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	GILSON INC	735 SAMPLE SOFT	6.10	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta		
0001078	21695	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in	P. 2 - St. 5	MUFFOLA	/			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	muffola	
0001132	20621	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG21	BAGNO TERMOSTATICO	LAUDA DR R	WOBSECOLINE RE 154			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	bagno termostatico	
0001156	0001156	19225	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP0-03	GASCROMATOGRAFO	THERMO ELECTRO	TRACCE GC ULTRA	20037144	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)	
0001157	0001156	19227	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP0-03	CAMPIONATORE AUTOMATI	THERMO ELECTRO	IAS 2000		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001162	0001156	19229	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP0-03	ELABORATORE PER LABOR	/		000054040779	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001163	0001156	19134	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	MONITOR PER COMPUTER	COMPAQ	V 55	844BF23AU943	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001167	0001169	20673	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	GASCROMATOGRAFO	HEWLETT PACKAREG	1530 A	DE00005062	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)	
0001168	0001169	20677	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	CAMPIONATORE AUTOMATI	AGILENT TECHNO	G 2614 A	CN62540088	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001169	0001169	20675	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	SPETTROMETRO DI MASSA	HEWLETT PACKAREC	5973 MSD		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)	
0001171	0001169	20783	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	ELABORATORE PER LABOR	HEWLETT PACKAREDX	2200 M	HUB6260MN6	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001172	0001169	20680	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKAREL	1706	CND6121SPD	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001173	0001169	20785	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKAREL	LASERJET 4200	CNXC803541	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001174	0001169	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	76487-OEM-006	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001175	0001169	20676	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V	1.5	702668	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001176	0001169	17964	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	AGILENT TECHNO	MSD CHEMSTATIO	D.02.00.275	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001189	20818	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	/	LG 11	CENTRIFUGA	CENTURION SCIEN	1010	9609657	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	centrifuga	
0001190	20671	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG07/3	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	HERON	01\0458/04-1		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0001192	20654 + 2	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP16 P2	DISTILLATORE A CORRENTE	VELP SCIENTIFICA	UDK 140			HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	distillatore	
0001193	20640	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2 P30	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	HERON	01\5458/04-4		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0001194	20641	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	HERON	01\0458/04-3		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0001196	0001196	20644	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG12B1	CROMATOGRAFO IN FASE	LIDIONEX CORP	LC 20-1	02050515	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	cromatografo ionico	
0001198	0001196	20648	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG12B1	CAMPIONATORE AUTOMATI	DIONEX CORP	AS 40	98100645	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001200	0001196	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG12B1	MONITOR PER COMPUTER	PHILIPS MEDICAL	107 T	HDD00021400770	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001202	0001196	20678	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG12B1	COLONNA PER HPLC	DIONEX CORP	/		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta		
0001205	20718	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPed C P 4	STUFA ESSICCATRICE	BICASA SPA	/	06263		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0001222	0001224	20332	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG25	RISCALDATORE DI PROVETT	LANGHE DR BRUNO	LUMISTHERM	300487	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	incubatori	
0001223	0001224	20337	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG25	RISCALDATORE DI PROVETT	LANGHE DR BRUNO	LUMISTHERM	1012772	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	incubatori	
0001224	0001224	20335	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG25	BIOLUMINOMETRO PER EC	LANGHE DR BRUNO	LUMIS TOX	1014939	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	bioluminometro per ecotossicità	
0001226	20331	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	DIPARTIMENTO FIRENZE	/		INCUBATORE	VELP SCIENTIFICA	FOC 225 E		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	incubatori	
0001229	20285	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in	P2-St.5	MICROSCOPIO OTTICO DA	LEICA MICROSCOP	DM LS	207037	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0001231	20290	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in	P2 - St. 5	STEREOSCOPIO	NIKON CORP	SMZ 2 T	324215	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0001233	0001233	20300	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG20	MICROSCOPIO OTTICO DA	OLYMPUS OPTICAL	VANOX T	819451	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0001234	0001233	20293	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP C P2 29	SISTEMA TELEVISIVO PER	JVC LTD	TK 1280 E		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta		

0001235		20286	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in	P. 2 - St. 5	MICROSCOPIO OTTICO DA	OLYMPUS OPTICAL SZH ILLB	843996	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0001301		17981	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in c	P.1 14	TERMOMETRO	TESTO GMBH TESTO 900		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	termometro
0001302		17979	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in c	P.1 14	ANEMOMETRO	TESTO GMBH TESTO 512	00730007	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	flussimetro elettronico
0001303		17980	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in c	P.1 14	ANEMOMETRO	TESTO GMBH TESTO 512	00626325	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	flussimetro elettronico
0001330		16680	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	/	P. 2 - St. 5	MICROSCOPIO OTTICO DA	ZEISS CARL 475022		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0001332		16817	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	DIPARTIMENTO PISTOIA	/	01 PO 06	MICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP ECLIPSE E400	676865	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0001333	0001333	16818	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P 14	MICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP ECLIPSE E400	676868	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0001335		16819	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	1P	FOTOCAMERA DIGITALE	NIKON CORP COOLPIX 995	4025701	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001336		16732	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	DIPARTIMENTO PISTOIA	/	01 PO 08	MICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP ECLIPSE 500 I	111594	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0001343		Non prese	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/		ANALISI STERILITA' AMBIE	LANZONI SRL VPPS 2000	328	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	campionatore per pollini
0001344		17196	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/		ANALISI STERILITA' AMBIE	LANZONI SRL VPPS 2000		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	campionatore per pollini
0001385		16695	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	/	P. 2 - St. 5	MICROSCOPIO OTTICO DA	LEICA MICROSCOPIUM LS		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0001398		18943	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	4P LG04	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	DIONEX CORP ASE 200	98070136	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0001400		17003	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG30	INCUBATORE	ECOTOX LDS SRL ECOTHERM 240		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori
0001401		16762	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG30	INCUBATORE	ECOTOX LDS SRL ECOTHERM 240		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori
0001404		17008	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	SETTORE LABORATORIO	/	01 PO 01	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0001405		16767	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	SETTORE LABORATORIO	/	01 PO 01	CONGELATORE DA LABORATO	BRANDT ITALIA SP /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0001466		17606	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG21	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	DIONEX CORP ASE 200	98070136	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0001492	0003002	17508	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P012	GENERATORE ELUENTI	DIONEX CORP EG 40	02500437	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001501		17383	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P02	PRODUZIONE ACQUA PURA	MILLI Q GRADIENT F4HN94183D		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per
0001521		16901	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG24	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG 5415 D	5425 31289	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga
0001527	0001527	16784	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ED C P 2	AMPLIFICATORE DI SEQUEN	BIO-RAD LABORATI-CYCLER	582BR003696/5	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	termociclatore
0001528	0001527	16785	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG24	ELABORATORE PER LABOR	COMPAQ PROLIANT		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001530	0001527	16924	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/		SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 2000 SF52320-0EM-001		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001531	0001527	16932	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/		SOFTWARE	BIO-RAD LABORATI-CYCLER IQ	3.1	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001536		16781	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG24	CONGELATORE DA LABORATO	KW APPARECCHI SKGT 3533		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0001554	0001556	16656	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ED C 4P	SPETTROFOTOMETRO	VARIAN INC 50 B10	EL06113529	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	spettrofotometro
0001562		16750	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG24	RISCALDATORE DI PROVETT	EPPENDORF AG THERMOMIXER CO05796		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori
0001564		16742	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG32	AUTOCLAVE	FEDGARI AUTOCU FVA 2	N80669AF	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	autoclave
0001565	0001564	16586	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG32	COMPRESSORE PER APPAREG	GEORGES COMPRESSOI/	09000242	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	compressore (solo per usi di laboratorio)
0001576		21949	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	01 P1 04	CAPPA ASPIRANTE	/ /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0001586		17137	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P019	SPETTROFOTOMETRO	VWR INTERNATIONALSPECTROQUANT N82338108		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	spettrofotometro
0001611	0000626	16076	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG12B	DESORBITORE TERMICO	PERKIN ELMER CO ATD 400		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001621		16605	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	DIPARTIMENTO PISTOIA	/	01 PO 11	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0001623	0001629	17574	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG 14	GASCROMATOGRAFO	VARIAN INC 3900	04954	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0001624	0001629	17575	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG21	CAMPIONATORE AUTOMATI	VARIAN INC 8400 AUTOSAMPLE02628		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001625	0001629	17577	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG21	POMPA PER VUOTO PER LA	ALCATEL VACUUM 1101006401	285860	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001626	0001629	17573	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG21	ELABORATORE PER LABORADE	DELL COMPUTER COOPTIPLX GX 270	8WZK51	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001627	0001629	17571	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG12	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C/	MY-OX3758-476	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001628	0001629	17572	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG12	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARDDESKJET 5652	MY3733Q0DD	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001629	0001629	17576	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG 12	SPETTROMETRO DI MASSA	VARIAN INC SATURN 2100 GC N04954		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0001630	0001629	16922	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG14	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO 55274-OEM-001		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001631	0001629	16929	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	V PIANO	SOFTWARE	VARIAN INC GC MS SATURN 6.40		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001636	0004361	17581	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	3P LG16	CAMPIONATORE AUTOMATI	AGILENT TECHNOL G 2614 A	U502908779	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001642	0001642	17594	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	IV PIANO	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOL G 1540 N	U510345023	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0001643	0001642	17595	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	IV PIANO	CAMPIONATORE AUTOMATI	AGILENT TECHNOL G 2614 A	CN34226711	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001646	0001642	17597	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	IV PIANO	ELABORATORE PER LABOR	HEWLETT PACKARECOMPAQ	FR833909M6	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001647	0001642	16923	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	IV PIANO	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO 55719-OEM-004		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001648	0001642	16934	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	IV PIANO	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL GC CHEMSTATION	A.10.01	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001649	0001649	3515	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG19	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	GILSON INC ASPEC XL	184013	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0001650	0001649	17603	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG19	DILUIATORE	GILSON INC 404	187264	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	diluitore
0001651	0001649	17604	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG19	ELABORATORE PER LABORADE	DELL COMPUTER COOPTIPLX GX 620	BQ82125	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001652	0001649	17605	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG19	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001667		17369	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	01 P1 07	CONGELATORE DA LABORATO	/ /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo
0001701		17246	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	3P LG05	BILANCIA ANALITICA	METTLER TOLEDO AX 105 DELTA RANGE		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bilancia analitica
0001735		14767	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/4	FRIGORIFERO DOMESTICO	LIEBHERR WERK L K 4310	79.478.144.4	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0001736		15399	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	/	2P LG13	CONGELATORE PER ALIMEN	NREX RV 2400 R		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0001750		14572	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/4	CONGELATORE DA LABORATO	WIRLPOOL CORP AFG 6552 AP	300619006863	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0001753	0001753	14748	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/3	RILEVATORE DI RADON	TASL TRACK ANALYCR 39		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	Rilevatore di radon a tracce nucleari
0001754	0001753	14678	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/3	UNITA' DI CONTROLLO	MCLENNAN SERVO/	340-3727	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001755	0001753	14679	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/3	TELECAMERA PER USO IN	JAI A/S CV-A50	C550800	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001756	0001753	14681	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/3	ELABORATORE PER LABORADE	DELL COMPUTER C/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001757	0001753	14749	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/3	MONITOR PER COMPUTER	ACER AMERICA CO AL 511	ET 51102051 31	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001759	0001753	14680	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/3	SISTEMA TELEVISIVO PER	NIKON CORP LIM	0640604	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001760	0001753	15105	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/3	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS HOME	1TFKRQ-QP86K-P	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001761	0001753	13070	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/3	SOFTWARE	TASL TRACK ANALYTASL IMAGE		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001818		16005	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG6	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA BRAVO R		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0001827		16001	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG06	FUMI, ANALIZZATORE DI	EUROTRON GREENLINE 8000	0025977	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore di fumi
0001828		19779	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG06	CALIBRATORE PER CAMPIO	BIOS INTERNATIONALDRYCAL DC-LITE D	5502	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	flussimetro elettronico
0001837		15657	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG6	ANALIZZATORE OSSIGENO	ZAMBELLI SRL 5005	1148	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	misuratore di flusso - tubo di pitot

0001841		15925	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	BAGNO TERMOSTATICO	LAUDA DR R W0BSRC 6 CS	W21004	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bagno termostatico
0001842		16040	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	BAGNO TERMOSTATICO	LAUDA DR R W0BSRC 6 CS	BO 2039	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bagno termostatico
0001843		16061	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	FUMI, ANALIZZATORE DI	TESTO GMBH TESTO 350 XL	01468116/712	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore di fumi
0001844		16038	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	FUMI, ANALIZZATORE DI	TESTO GMBH TESTO 300 M	279301	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore di fumi
0001849		15815	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINIMC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0001850	0001851	15903	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOL6890 GC	US00021927	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0001851	0001851	15906	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP6C 5P LG	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOL5973 A	US80230054	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0001852	0001851	15905	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	CAMPIONATORE AUTOMAT	AGILENT TECHNOL G 2614 A	CN22521066	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001853	0001851	15904	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	INIEITTORE PER CAMPIONA	AGILENT TECHNOL G 2613 A	CN24928657	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001854	0001169	15902	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	DESORBITORE TERMICO	MARKES INTERNAT UNITY	G800U10743	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001855	0001851	15816	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V E2M 1.5	808247	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001857	0001851	15933	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARDHP 7500	331462-021	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001859	0001851	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLCHEMSTATION	v75 08/2003	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001878		15871	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG19	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINIMC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0001880	0000689	21137	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG20	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V RV 12	027258438	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001881	0001881	15873	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG19	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	GILSON INC ASPEC XL	290C6X8034	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0001882	0001881	21140	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG19	DILUITORE	GILSON INC 402 DILUTOR	640E6T246	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	diluitore
0001883	0001881	15872	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG19	PREPARATORE DI CAMPION	GILSON INC VALVEMATE II	330D6A058	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001884	0001881	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG19	POMPA A MEMBRANA	GILSON INC /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001885	0001881	15874	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG19	ELABORATORE PER LABORADELL	COMPUTER C/	CT3162J	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001886	0001881	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	GILSON INC 735 SAMPLE SOFT	v.6.10 - 1998	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001887	0001881	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	55719-DEM-006	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001888	0001881	19598	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO		MAGAZZI MONITOR PER COMPUTER	SAMSUNG ELECTRC(SYNCMAS	753 AM17JGTB1936	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001921	0001921	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG21	EVAPORATORE	BUCHI LABORATORROTAVAPOR R 114	1288246	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	evaporatore
0001923	0001921	18699	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPED C 3P LG	POMPA PER VUOTO PER LA	KNF NEUBERGER N810.3 FT.18	1462574	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001938	0002371	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG12	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	76435-OEM-001	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001939	0002371	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG12	SOFTWARE	LACHAT INSTRUMOMNION	3.0.2.19	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001947	0001947	19443	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	SPETTROFOTOMETRO AD A	VARIAN INC AA 240 FS	ELO5083610	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	spettrofotometro ad assorbimento atomico
0001948	0001947	19444	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPC P4 27	CAMPIONATORE AUTOMAT	VARIAN INC SIPS 10		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001949	0001947	19449	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	GENERATORE DI VAPORE	VARIAN INC VGA 77	ELO5083787	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001950	0001947	19441	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	ELABORATORE PER LABORADELL	COMPUTER COOPTIPLEX GX 520	2PN151J	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001951		19442	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG23	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER CM 770	8221D-MDAFU-/	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001952	0001947	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	76435-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001953	0001947	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	SOFTWARE	VARIAN INC SPECTRAA	5.1 PRO	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001954	0001954	19542	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	SPETTROFOTOMETRO AD A	VARIAN INC AA 280 Z	ELO5083609	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	spettrofotometro ad assorbimento atomico
0001955	0001954	19541	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	ATOMIZZATORE	VARIAN INC GTA 120	ELO5083062	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001956	0001954	19551	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	CAMPIONATORE AUTOMAT	VARIAN INC PSD 120	ELO5083101	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001957	0001954	19545	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	ELABORATORE PER LABORADELL	COMPUTER COOPTIPLEX GX 520	7PN151J	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001958	0001954	19544	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C1704 FPT1	CN-0W4916-716	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001959	0001954	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	76435-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001960	0001954	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	VARIAN INC SPECTRAA	5.1 PRO	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001961	0001961	19013	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	GASCROMATOGRAFO	SHIMADZU CORP GC 2010 AF	C11324508081	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0001962	0001961	19011	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	CAMPIONATORE AUTOMAT	SHIMADZU CORP AOC 201	C11314508064	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001963	0001961	19012	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	CAMPIONATORE AUTOMAT	SHIMADZU CORP AOC 205	C115105151450	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001965	0001961	19132	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	ELABORATORE PER LABORAAQUALIS	SRL COOLER MASTER RCT055P11074		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001967	0001961	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	76435-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001968	0001961	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	SHIMADZU CORP GC SOLUTION	2.30.00 SU6	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001969	0001970	19016	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	SPETTROMETRO DI MASSA	SHIMADZU CORP GC MS QP2010	C70384570114	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0001970	0001970	19014	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	GASCROMATOGRAFO	SHIMADZU CORP GC 2010 AMS	629565	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0001971	0001970	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/	SOFTWARE	VARIAN INC GC MS	C703945001410	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001972		19135	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARDLRSERJET 1020	CNCJ252288	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001973	0001970	19020	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V E2M 1.5	705987	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0001986	0001986	16618	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	2P LG02	CONGELATORE DA LABORAT/	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo
0001987	0001986	16545	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	2P LG2	TERMOSTATO PER AMBIENTE	PEGO SRL ECP 200 HP 1 CR	04-2161-02-017	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001988	0001986	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	2P LG2	MOTORE ELETTRICO	PEGO SRL ECP 300 VP/CR	03-2168-08-001	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001989	0001989	16260	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP1G10CP22	CONGELATORE DA LABORATIMECTER	SAS /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo
0001990	0001989	16260	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P CORRI	TERMOSTATO PER AMBIENTE	PEGO SRL ECP 200 HP 1 CR	04-2161-02-011	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001991	0001989	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP/P	MOTORE ELETTRICO	PEGO SRL ECP 300 VP/CR	04071463D	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001992	0001992	18033	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P CORRI	CONGELATORE DA LABORATIMECTER	SAS /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo
0001993	0001992	19159	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P CORRI	TERMOSTATO PER AMBIENTE	PEGO SRL ECP 200 HP 1 CR	04-2161-02-009	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001994	0001992	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP C P0	MOTORE ELETTRICO	PEGO SRL ECP 300 VP/CR	04060623C		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001995	0001995	19995	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPC P3	CONGELATORE DA LABORATIMECTER	SAS /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo
0001996	0001995	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPC P3	TERMOSTATO PER AMBIENTE	PEGO SRL ECP 200 HP 1 CR	04-2161-02-019	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0001997	0001995	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPC P0	MOTORE ELETTRICO	PEGO SRL ECP 300 VP/CR	03-1492-10-002	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002009		292	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P026	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	5405	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002027		211	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/3640/65	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002028		170	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/3640/20	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002030		169	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/3640/70	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002033		200	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	STUFA ESSICCATRICE	BICASA SPA BETA OVEN	BE 4100 AN	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0002035		203	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	AGITATORE DA LABORATOR	GIULIANI TECNOLOGI/G	13292	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	setacciatore analitico

0002037		199	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P024	PRODUZIONE ACQUA PURA VELD SCIENTIFICA	UDK 140	2012035	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	distillatore
0002038		168	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	MOLINO DA LABORATORIO	RETSCH GMBH PM 100	126300805F	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio
0002048	0002048	188	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	SPETTROMETRO DI MASSA	THERMO ELECTRO DSG II	MS2200228	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0002049	0002048	60	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	GASCROMATOGRAFO	THERMO ELECTRO IGC FOCUS	10604114	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0002050	0002050	58	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	GASCROMATOGRAFO	THERMO ELECTRO TRACE GC ULTRA	20079154	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0002051	0002050	59	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	CAMPIONATORE AUTOMATICO	THERMO FISHER E TRIPLUS	200510416	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002052	80	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C/	CN-OC167		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002053	0002050	79	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	ELABORATORE PER LABORADELL	COMPUTER COPTIPLEX GX 620	15CFXB1	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002054	0002050	78	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD LASERJET 1320	CNM1B03190	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002055	0002050	21191	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	76487-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002056	0002050	21204	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	SOFTWARE	THERMO FISHER E CHROMCARD	2.4.1	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002057	0002048	21207	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	SOFTWARE	THERMO FISHER E XCALIBUR	1.4 SR1	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002061	0002062	228	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOLOG 6890 N	10427020	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0002062	0002062	225	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOG 5973 N	US41746680	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0002063	0002062	227	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	INIEITTORE PER CAMPIONA	AGILENT TECHNOLOG 7683 B INJECTOR	CN51432732	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002064	0002062	229	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	PURGE & TRAP	O.I. ANALYTICAL 4660 ECLIPSE	B446466513	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002065	0002062	230	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	CAMPIONATORE AUTOMATICO	O.I. ANALYTICAL 4552	14389	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002066	0002062	185	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	ELABORATORE PER LABORADELL	HEWLETT PACKARD COMPAQ	HUB41807QV	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002069	0002062	21197	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	55274-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002070	0002062	21202	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOG ENHANCED CHEM	SD.01.00	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002071	190	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P010	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDCE 1500 2 RS	21005/98		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0002073	291	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P010	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ELECTROLUX ZANU07484001	02078603		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0002075	238	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P010	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCRECORDER	W6064		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0002076	239	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P010	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA FT 300			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0002077	85	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P010	CONGELATORE DA LABORATORIO	LIEBHERR WERK L GSS 3623			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0002080	272	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P013	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA /			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0002081	273	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P013	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE FWF 20	2.24.000 INF		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002082	274	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P013	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE FWF 20			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002083	240	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P013	ARMADIO ASPIRATO	GALLOIS SRL /			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002084	171	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P013	ARMADIO ASPIRATO	ARMANDO GALLO /			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002085	165	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P013	ARMADIO ASPIRATO	ARMANDO GALLO /			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002086	164	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P013	ARMADIO ASPIRATO	ARMANDO GALLO /			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002087	172	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P013	ARMADIO ASPIRATO	WESEMANN GMBH /			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002090	223	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P032	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/3640/59		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002091	184	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P032	STUFA ESSICCATRICE	LASELLETRONIC VI EPNV 350 D			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0002100	147	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P019	STUFA ESSICCATRICE	THERMO FISHER SCSTABILTHERM	308010668		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0002101	149	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P019	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/2640/82		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002102	150	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P019	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/2640/72		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002119	142	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P015	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/3640/42		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002120	141	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P015	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/3640/83		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002121	139	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P015	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON	99/3640/84		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002154	738	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	SETTORE GEOTERMIA	Prove in	MEZZO MIANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO M			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0002156	736	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	SETTORE GEOTERMIA	Prove in	MEZZO MIANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO H PLUS			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0002157	737	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	SETTORE GEOTERMIA	Prove in	MEZZO MIANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO	68534		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0002161	702	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	DIPARTIMENTO SIENA	Prove in c	P021	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL EX	2116		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0002162	735	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	DIPARTIMENTO SIENA	Prove in c	P021	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL CHRONOS	2118		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0002165	699	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	DIPARTIMENTO SIENA	Prove in c	P021	FUMI, ANALIZZATORE DI	EUROTRON GREEN GREENLINE 8000	0025976		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore di fumi
0002175	146	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P019	CENTRIFUGA	ALC 4226	073088		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga
0002177	173	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P011	ISOLATORE PER FARMACI	AQUARIA SRL ACTIVA CLIMATIC	6086		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cabina climatizzata (per PM10)
0002179	167	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P011	BILANCIA ANALITICA	SARTORIUS AG ME 5-OCE	18608685		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bilancia analitica
0002190	0002192	36	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P012	STEREOSCOPIO	WILD HEERBRUGG M 8		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0002191	0002190	37	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P?	FORTE LUMINOSA DA LABOVOLPI	AG INTRALUX 6000	113141	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002192	0002190	9	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P?	ALIMENTATORE PER FLUOR	WILD HEERBRUGG MTR 27	500253	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	alimentatore per fluorescenza
0002208	0002208	1	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOLOG 6890 SERIES	US00038097	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0002209	0002208	2	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	CAMPIONATORE DI SPAZIO	AGILENT TECHNOLOG 7694 E HEADSPACE	IT00410324	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002210	0002050	187	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P020	PRODUZIONE DI IDROGENO DBS	STRUMENTI SCNM-H2 160	NM1071215025	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	generatori di gas
0002211	0002208	5	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	MONITOR PER COMPUTER	ACER AMERICA CO 54 EL	9171602005	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002212	0002208	3	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	ELABORATORE PER LABORATO	/	0003760000846	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002214	0002208	21195	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 2000 SP5	SF2329-OEM-000	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002215	0002208	21198	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOG GC CHEMSTATION	A.09.03	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002216	0002216	127	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	GASCROMATOGRAFO	PERKIN ELMER CO CLARUS 500	65N3051903	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0002217	0002216	128	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	MODULO / ACCESSORIO P	/		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002218	129	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	GASCROMATOGRAFO	PERKIN ELMER CO CLARUS 500	65N3051904		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0002220	131	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	MONITOR PER COMPUTER	AOC APPLIED OPTRE22705WN	AP2H91A002086		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002221	0002216	132	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	ELABORATORE PER LABORADELL	COMPUTER C/		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002222	0002216	21206	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 2000 SP5	SF1873-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002223	0002216	21190	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	SOFTWARE	PERKIN ELMER CO TOTALCHROM WORKSTATION		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002235	161	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P023	TERMOMETRO	HANNA INSTRUME HI 955202	70887		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	termometro
0002302	0001156	19226	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P0-03	CAMPIONATORE AUTOMATICO	THERMO ELECTRO IAS 2000	25117280	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002310	0001156	19230	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P0-03	CONTROLLER PER CAMPIO	THERMO ELECTRO IAS 2000	20011722	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	

0002330		19600	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP-1	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE' FWF 20			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002338		19599	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP MAGAZZINI	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE' FWF 20			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002341		14766	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP LG03/4	CONGELATORE DA LABORATORIO	ELECTROLUX ZANUAEF 220	05000007		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0002356		15732	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	2P LG13	FRIGORIFERO BIOLOGICO	EVERMED SRL MPR 925 W	62851		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0002364	0002364	18688	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP MAGAZZINI	SPETTROFOTOMETRO A SCAPERKIN	ELMER CO LAMBDA 25			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	spettrofotometro
0002371	0002371	18921	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	ANALIZZATORE MULTIPLO	ALACHAT INSTRUMENTE	QUICKCHEM 8500	05050000143	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore multiplo a flusso continuo
0002372	0002371	18929	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	PREPARATORE DI CAMPION	LACHAT INSTRUMENTE	A 30000/605	A 30000/605	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002373	0002371	18924	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	POMPA PERISTALTICA DA L	LACHAT INSTRUMENTE	RP 150 SERIES	AP 10-2077	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002374	0002371	18926	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	CAMPIONATORE AUTOMATICO	LACHAT INSTRUMENTE	ASK 410 SERIES	A81010/1169	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002375	0002371	18937	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	ANALIZZATORE MULTIPLO	ALACHAT INSTRUMENTE	QUICKCHEM 8500		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore multiplo a flusso continuo
0002376	0002371	18939	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	ANALIZZATORE MULTIPLO	ALACHAT INSTRUMENTE	QUICKCHEM 8500		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore multiplo a flusso continuo
0002377	0002371	18925	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	PREPARATORE DI CAMPION	LACHAT INSTRUMENTE	10/306/00/1/C		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002378	0002371	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	PREPARATORE DI CAMPION	LACHAT INSTRUMENTE	10/107/05/1/O	050553/8	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002379	0002371	18922	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	PREPARATORE DI CAMPION	LACHAT INSTRUMENTE	10/204/00/2/C	050551/8	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002380	0002371	18927	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	PREPARATORE DI CAMPION	LACHAT INSTRUMENTE	10/107/06/3/D	050552/8	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002381	0002371	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	PREPARATORE DI CAMPION	LACHAT INSTRUMENTE	10/105/08/1/B	071063/8	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002382	0002371	18928	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	ELABORATORE PER LABORATO	DELL COMPUTER CO	OPTIPLX GX 280	BLX7F1J	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002383	0002371	18981	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER CM 783 P		CN-0M4178- 4	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002384		19008	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG16	ELABORATORE PER LABORATO	DELL COMPUTER CO	OPTIPLX GX 1	PF3R1	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002388	0002371	18940	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	INTERFACCIA	LACHAT INSTRUMENTE	QUICKCHEM 8500	05050000143	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002389	0002389	19998	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOLOG	1530 A	U50003810	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0002390	0002389	19997	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP C P3 26	CAMPIONATORE DI SPAZIO	AGILENT TECHNOLOG	7694 HEADSPACE SAMPLER		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002393		19988	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG12	ELABORATORE PER LABORATO	/	/	G2075AA	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002394	0002389		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP C P3 35	MONITOR PER COMPUTER	COMPAQ	V 55	847BF23AG261	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002395	0002389	19116	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	DESKJET 5652	HU38T1Y0CV	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002401	0002389	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOG	GC CHEMSTATION	REV. A.08.03	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002402	0002404	18750	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V 1.5		801672	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002403	0002404	18747	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	GASCROMATOGRAFO	HEWLETT PACKARD	G 1530 A	D600005058	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0002404	0002404	18746	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOG	5973	DE72010258	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0002405	0002404	18745	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	PURGE & TRAP	O. I. ANALYTICAL	4660 ECLIPSE	D647466447	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002406	0002404	18744	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	CAMPIONATORE AUTOMATICO	O. I. ANALYTICAL	4552	14671	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002407	0002404	19123	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	ELABORATORE PER LABORATO	HEWLETT PACKARD	COMPAQ	G1701DA	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002408	0002404	19122	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARD	L 1706	CNT64105RR	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002409	0002404	19121	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	DESKJET 6940	MY65P7R1Q6	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002412	0002404	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	76488-022-1282	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002413	0002404	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOG	MSD CHEMSTATION	VERS. D.03.00.6	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002419	0002419	19061	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P corrido	CONGELATORE DA LABORATO	RIEMETER SAS	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo
0002420	0002419	19056	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDOI	MOTOSTATO PER AMBIENTE	PEGO SRL	ECF 200 HP 1 CR	04-2161-02-004	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002421	0002419	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDOI	MOTORE ELETTRICO	PEGO SRL	ECF 300 VP/CR	04060817C	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002424	0002424	19209	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP ED C P4 L	SPETTROFOTOMETRO AD	ELPERKIN ELMER CO	OPTIMA 3300 DV	069N8121501	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	ICP ottico
0002425	0002424	19208	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP ED C P4 L	CAMPIONATORE AUTOMATICO	PERKIN ELMER CO	AS 90	3654	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002426	0002424	19035	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP ED C P4 L	UNITA' PER ANALISI SPETT	PERKIN ELMER CO	FIAS 100	1969	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	unità per analisi spettrofotometrica a iniezione di flusso FIAS
0002427	0002424	19034	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG14	POMPA PERISTALTICA DA L	PERKIN ELMER CO	PERISTALTIC PUMP	8112524	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002428	0002424	19037	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP C P4 27	SISTEMA PRODUZIONE VU	DBS INSTRUMENTE	SCDBS LDK 1	347-3/04	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)
0002429	0002424	19195	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP ED C P4 L	ELABORATORE PER LABORATO	DELL COMPUTER CO	OPTIPLX GX 1	IKSN1	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002431	0002424	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP ED C P4 L	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS NT	27598-OEM-003	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002432	0002424	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP ED C P4 L	SOFTWARE	PERKIN ELMER CO	WINLAB 32 FOR IC	1.42	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002433	0002436	19161	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG12B1	RIVELATORE CON DIODE	ARHEWLETT PACKARD	G 1315 A	DE74602990	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002434	0002436	19162	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG12B1	FORNO PER COLONNE	HPLCAGILENT TECHNOLOG	G 1316 A	DE72004094	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002435	0002436	19163	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG12B1	CAMPIONATORE AUTOMATICO	HEWLETT PACKARD	G 1313 A ALS	DE72004094	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002436	0002436	19164	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG12B1	CROMATOGRAFO IN FASE	LIAGILENT TECHNOLOG	G 1311 A	DE72002835	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	chromatografo in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC
0002437	0002436	19165	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG12B1	DEGASATORE	HEWLETT PACKARD	G 1322 A	JP73007931	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002438	0002436	19166	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG12B1	MONITOR PER COMPUTER	AST	4N	6395001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002439	0002436	19167	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG12B1	ELABORATORE PER LABORATO	COMPAQ	DESKPRO	8851CCJ87607	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002440	0002436	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	/	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS 2000 SP	52329-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002441	0002436	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	/	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOG	CHEMSTATION	A.09.01	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002451		19085	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG11	CENTRIFUGA REFRIGERATA	JOUAN SA	MR 22 I	39712331	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga refrigerata
0002474		19707	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG20	DISTILLATORE A CORRENTE	VELP SCIENTIFICA	UDK 140	2414021	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	distillatore
0002511		18849	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG24	ARMADIO ASPIRATO A FILT	LABOR SECURITY S	SAFETYBOX		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002512		18034	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG24	ARMADIO ASPIRATO A FILT	LABOR SECURITY S	SAFETYBOX		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002513		18945	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG04	ARMADIO ASPIRATO A FILT	LABOR SECURITY S	SAFETYBOX		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002515		19526	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP-1	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE' FWF 20			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002517		19255	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG04	ARMADIO ASPIRATO A FILT	LABOR SECURITY S	SAFETYBOX		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0002543	0002543	19353	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG12	RESPIROMETRO	COSTECH INTENATI	RESPIROMETER 30	23069913	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	Respirometri
0002547	0002547	19511	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP ED C 4P L	MINERALIZZATORE A MICR	MILLESTONE SRL	ETHOS ONE	128949	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	mineralizzatore a microonde
0002548	0002547	19510	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP C P4 20	UNITA' DI CONTROLLO	MILLESTONE SRL	/	0608 00 0137	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0002556		19425	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP ED C P4 L	PRODUZIONE ACQUA PURA	MILLIPORE CORP	ELIX 5	F7BN14239G	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per
0002557		19201	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG19	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDIN	CMC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002558		19062	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG19	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDIN	CMC6		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0002568		16617	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P LG3	STUFA ESSICCATRICE	BICASA SPA	OVEN	20947	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice

0002578		16555	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG20	MICROSCOPIO OTTICO DA ZEISS CARL	STEMI SV 8	475110-9904	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0002596		18128	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	2P LG27	STUFA ESSICCATRICE	KW APPARECCHI SC86 AV	628	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0002597		18630	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG3	INCUBATORE	MPM INSTRUMENTI M 400 TB	0002597	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0002599		19854	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG03	INCUBATORE	JOUAN INSTRUMENTI EB 115		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0002606	0002607	16531	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG05	RIVELATORE DI RADIAZIONI	OXFORD INSTRUMENTI M6506	10988-3390-314	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0002607		16522	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG05	SPETTROMETRO A DISPERSIONE	OXFORD INSTRUMENTI MINICA ENERGY 200	10988	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	Sistema microanalisi amianto (Spettrometria adispersione di energia)	
0002610	0002607	16526	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPB M1	REGISTRATORE SU CARTA	EPSON STYLUS PHOTO 890C25K001413		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0002611	0002607	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG05	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 2000 SP51873-OEM-000		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0002624		16307	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG07	CAPPA ASPIRANTE	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0002625		16308	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG07	CAPPA STERILE	GELAIRE PTY LTD BSB 4	13163	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare	
0002643		16202	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG05	CAPPA BIOLOGICA	TUV STERIL VBH	11244	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare	
0002650	0002650	16316	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG08	amiamicroscopio ottico da	WILD HEERBRUGG M 3 Z		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0002651	0002650	16318	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG08	APPARECCHIO DA LABORATORIO	TESTA FELICE	6E1/20	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0002655		16315	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG08	CAPPA BIOLOGICA	TUV STERIL VBH	11245	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare	
0002656		16314	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG08	STUFA ESSICCATRICE	F.LLI GALLI G & P G 2100 AH		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0002660		16535	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG08	AGITATORE DA LABORATORIO	RETSCH GMBH AS 200 CONTROL	1261110781	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	setacciatore analitico	
0002663		16461	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG08	ANALISI STERILITA' AMBIE	ANALITICA STRUMIAIRFLOW 300	0076/01	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria	
0002664		16460	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG08	ANALISI STERILITA' AMBIE	ANALITICA STRUMIAIRFLOW 300	0077/01	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria	
0002668		15742	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG06	CALIBRATORE PER CAMPIO	BIOS INTERNATIONAL DRYCAL DCL MH	DC-L738	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	flussimetro elettronico	
0002687		18622	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG10C2P3	INCUBATORE	VALENTINI ORLAN TERMOSTABIL		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0002702		9896	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P 28	CAPPA ASPIRANTE	HERON PARIGI SNC/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0002708		10074	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P	STUFA ESSICCATRICE	TECNOVETRO SRL M80-VF	9807352	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0002717		9967	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 32	CAPPA ASPIRANTE	HERON PARIGI SNC/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0002735		Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	DIPARTIMENTO SIENA	/	MANOMETRO	ZAMBELLI SRL COMBI S	0097	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0002745		15723	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG06	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL 11033 ZB2	2037	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria	
0002758		18624	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG3	STUFA ESSICCATRICE	INTERNATIONAL PE38506	16001	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0002759		19857	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG03	STUFA ESSICCATRICE	BICASA SPA /	20946	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0002760		15775	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG22	STUFA ESSICCATRICE	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0002761		18629	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG3	INCUBATORE	BICASA SPA BE 5450 BF	24414	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0002776		18606	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG21	BAGNO TERMOSTATICO	BUCHI LABORATORB 480	10013499	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bagno termostatico	
0002780	0001921	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG21	POMPA PER VUOTO PER LA	KNF NEUBERGER N726.3 FT.18	878326	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0002797		19426	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG15	PRODUZIONE ACQUA PURA	MILLI Q.PLUS	F2BM723351	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per	
0002810	0002816	18650	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	CELLA ELETTROCHIMICA DI	HEWLETT PACKARD PCX 5100	6708	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002811	0002436	18890	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPSPLG12B	RIVELATORE FLUORIMETRI	HEWLETT PACKARD 1046 A	3337404267	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002812	0002816	18891	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	RIVELATORE ELETTRICO	HEWLETT PACKARD 1049 A	DE72801387	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002813	0002816	18885	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	RIVELATORE CON DIODE AR	PERKIN ELMER CO G 1315 B	DE14915401	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002814	0002816	18886	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	FORNELLO PER COLONNE	HPLC/HEWLETT PACKARD G 1316 A	DE14925572	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002815	0002816	18887	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	CAMPIONATORE AUTOMAT	HEWLETT PACKARD G 1313 A	DE11116928	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002816	0002816	18888	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	CROMATOGRAFO IN FASE	LIAGILENT TECHNOL G 1311 A	DE72002830	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cromatografo in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC
0002817	0002816	18889	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	DEGASATORE	HEWLETT PACKARD G 1322 A	JP73007904	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002818	0002816	18882	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	ELABORATORE PER LABOR	HEWLETT PACKARD/		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002819	0002816	18883	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	MONITOR PER COMPUTER	NEC SAN-EI INSTR ACCUSYNC LCD 72 V		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002820	0002816	19178	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	RIVELATORE FLUORIMETRI	HEWLETT PACKARD 1046 A	3337G04268	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002827	0002827	19173	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	CROMATOGRAFO IN FASE	LIAGILENT TECHNOL G 1311 A	DE72002834	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cromatografo in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC
0002836	0002816	18652	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	INIEETTORE PER CAMPIONA	HEWLETT PACKARD G 1328 A	DE54001309	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002839	0002816	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	A P1 28	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 2000 SP52329-OEM-004		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002840	0002816	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	A P1 28	SOFTWARE	HEWLETT PACKARD CHEMSTATION	A.09.01	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002877	0003257	8207	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	EVAPORATORE	HEIDOLPH INSTRUM LABOROTA 4000 EFFICIENT		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	evaporatore	
0002904	0000868	8898	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 8	PRODUZIONE DI DIODEN	PACKARD INSTRUM 9200	415243	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	generatori di gas
0002924	0005947	10129	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 33	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD LASERJET 1100	FRDB196235	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0002926		9970	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 32	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0002931		6186	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L PROFILINE	49.478.137.406	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0002938		4878	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 16	AGITATORE DA LABORATORIO	GIULIANI TECNOLOGI/3	13720	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	setacciatore analitico	
0002946		9361	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 18	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0002975	0002975	23617	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1	TERMOMETRO	DELTA OHM SRL HD 2307.0	08015522	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	termometro	
0002976	0002975	23618	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2	SONDA TERMOMETRICA	DELTA OHM SRL PT 100	08292277	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0002983		6185	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BOSCH R GMBH DI COOLER	KSR40400IE/01	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0002987		6244	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in PT 13	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDBASIC 1500 2 TN	38234	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0002988		6240	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 16	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDRIGOLAB 700 1 BT	28670	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0003002	0003002	6134	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP012	CROMATOGRAFO IN FASE	LIDIONEX CORP IC 25	2060166	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cromatografo ionico
0003003	0003002	6136	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP012	MANOMETRO	LIDIONEX CORP /		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003004	0003002	6135	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP012	POMPA ISOCRATICA	LIDIONEX CORP /		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003058		6271	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in PT 19	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE FW 20	22438050099	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato	
0003060		6317	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in PT 18	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL HERON		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0003062	0003062	91	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOL 6890 N	CN 10427021	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0003063	0003062	97	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	CAMPIONATORE AUTOMAT	AGILENT TECHNOL 7683	CN42437194	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003065	0003062	95	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	CONTROLLER PER CAMPIO	GERSTEL GMBH CONTROLLER 505		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003066	0001156	93	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P0-03	CAMPIONATORE DI SPAZIO	AGILENT TECHNOL G 1888 A	IT00419010	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003067	0003062	95	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	ELABORATORE PER LABOR	HEWLETT PACKARD COMPAQ	HUB41206FF	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003070	0003062	21208	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL CHEMSTATION	A.10.02	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	

0003071	0003062	21192	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	55274-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003078	0003080	9660	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	CAMPIONATORE DI SPAZIO	PERKIN ELMER CO TURBOMATRIX HS	M4110505121	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003079	0003080	9658	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	GASCRONATOGRAFO	AGILENT TECHNOL 6890 N	U510210122	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0003080	0003080	9659	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOL 5973 N	U510482579	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0003081	0000022	23146	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	UNITA' DI CONTROLLO	AGILENT TECHNOL 59864 B	U56017149	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003085	0003062	98	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	INIEITORE PER CAMPIONA	AGILENT TECHNOL G 2613 A	CN21224518	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003086	0003080	25519	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 2000 P	51873-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003087	0003080	25520	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	SOFTWARE	HEWLETT PACKARD CHEMSTATION		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003110	0003110	10363	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	GILSON INC GX-274 ASPEC	260K7N242	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0003111	0003110	10364	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	POMPA A MEMBRANA	GILSON INC /		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003112	0003110	10140	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	ELABORATORE PER LABORA	DELLE COMPUTER COPTIPLEX GX 620	8X7YJ2J	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003113	0003110	10137	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	PREPARATORE DI CAMPION	GILSON INC VALVEMATE II	330A7C004	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003114	0003110	10138	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	PREPARATORE DI CAMPION	GILSON INC VALVEMATE II	330A7C029	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003115	0003110	10139	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	PREPARATORE DI CAMPION	GILSON INC VALVEMATE II	330F7C130	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003116	0003110	9969	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	DILUITORE	GILSON INC 406 SINGLE	640H6H020	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	diluitore
0003117	0003110	22734	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER CE 156 FPF	CN-ODC363-728	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003118	0003110	25507	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	55274-OEM-006	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003119	0003110		AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP /	POMPA	BECTON DICKINSON HOT LINE	22531	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003125	0003110	10136	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI	DILUITORE	GILSON INC 406 DUAL	640K7J138	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	diluitore
0003126	0003110	10362	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 11	BRACCIO ROBOTICO PER LA/	ROSYS AG SMS	260K7Q281	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003131		6304	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in PT 18	ARMADIO ASPIRATO	/	/	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	armadio aspirato
0003142		6370	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in PS 08	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDCE 3002		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0003150		6366	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in PS CORRI	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDCE 3200		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0003227		5701	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP /	MICROSCOPIO OTTICO DA	LEICA MICROSYST DM IRB	179572 (TYPE 09	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0003229	0003229	5721	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	LEITTORE PER IMMUNOCHE	ROSYS AG 2010	17 550 1201	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	spettrofotometro
0003236		9407	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 13	INCUBATORE	ISCO SRL FTD 250		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	incubatori refrigerati
0003252		8784	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 30	STUFA ESSICCATRICE	INTERNATIONAL PE102 LT	38 51 9	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0003255		8782	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	CENTRIFUGA	HERAEUS INSTRU LABOFUGE 400 E	75008153	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	centrifuga
0003256		8942	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA /		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0003257	0003257	10299	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	BAGNO TERMOSTATICO	BUCHI LABORATOR B 480	1115417	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	bagno termostatico
0003268	0000894	8630	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	RIVELATORE FOTOMETRICO	WATERS CORP 486	B97486184M	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003269	0000921	8681	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	RIVELATORE CON DIODE AR	WATERS CORP 996	B97996117M	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003270	0000894	8680	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	MODULO CONTROLLO TEM	WATERS CORP TCM	TCM004842	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003278	0000894	8623	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD DESKJET F380		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003291		8800	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI	FRIGORIFERO BIOLOGICO	MARENO INDUSTRIAL		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0003292		9023	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP Edificio B	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ELECTROLUX ZANU/		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0003293		9022	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ELECTROLUX ZANU/		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0003294		9024	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI	ARMADIO ASPIRATO A FILT	LABOR SECURITY S SAFETYBOX		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	armadio aspirato
0003295		9025	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE FWF 20		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	armadio aspirato
0003299	0003299	9566	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP Edificio B	TERMOMETRO	TESTO GMBH TESTO 945	00929038/401	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	termometro
0003302		9902	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 37	CAPPA ASPIRANTE	NUOVA FIMS SRL /		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0003303	0003303	9877	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	GASCRONATOGRAFO	AGILENT TECHNOL 6890	S00038096	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0003304	0003311	9657	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	CAMPIONATORE DI SPAZIO	AGILENT TECHNOL 7694 E HEADSPACE	IT00410317	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003305	0003303	23149	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	CONTROLLER PER CAMPIO	HEWLETT PACKARD GC AUTOSAMPLER	3609G01981	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	
0003308	0003303	9878	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	CAMPIONATORE AUTOMATI	HEWLETT PACKARD 6890 AUTOMATED	DE64503799	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003309	0003303	25524	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS NT	11199-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003310	0003303	25525	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL GC CHEMSTATION	A.08.03	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003311	0003311	9880	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	GASCRONATOGRAFO	AGILENT TECHNOL 6890	U500041895	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0003312	0003303	9879	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	CAMPIONATORE DI SPAZIO	AGILENT TECHNOL 7694 E HEADSPACE	IT01010587	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003313	0003313	9776	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	GASCRONATOGRAFO	PERKIN ELMER CO CLARUS 500	65N3060202	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0003314	0003313	9777	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	ELABORATORE PER LABORA/	/	032323638	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003316	0003313	25512	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	55719-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003317	0003313	25513	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 32	SOFTWARE	PERKIN ELMER CO TOTALCHROM WOI6.3.1		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003318	0003320	9910	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	GASCRONATOGRAFO	AGILENT TECHNOL 7890 A GC	U510814033	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0003319	0003320	9911	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	INIEITORE PER CAMPIONA	AGILENT TECHNOL 7683 B INJECTOR	CM81147747	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003320	0003320	9912	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOL GCMS 5975 C	U580830757	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0003321	0003320	9663	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	PURGE & TRAP	O.I. ANALYTICAL 4660 ECLIPSE	D706466849P	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003322	0003320	9662	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	CAMPIONATORE AUTOMATI	O.I. ANALYTICAL 4552	15176	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003323	0003320	9913	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 37	POMPA PER VUOTO PER LA	PFIEFFER VACUUM DUO 2.5	DKD41064C	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003324	0003320	9665	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	ELABORATORE PER LABORA	HEWLETT PACKARD COMPACT	CZC8087T25	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003325	0003320	9915	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARD 1908 W	CNN7491D33	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003326	0003320	9664	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD P2014	CNCJ599648	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003327	0003320	25521	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	76487-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003328	0003320	25522	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL ENHANCED CHEMSE.02.00.493		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	
0003329		9867	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 28	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA /		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0003337		10010	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 29	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGIAF 700	09054050	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0003358		9884	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	DIONEX CORP ASE 200	05070119	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0003359		10061	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 30	CAPPA ASPIRANTE	/		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0003365		10254	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA /		HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0003366		10258	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 30	MINERALIZZATORE A MICR	VELP SCIENTIFICA DK 6	59575/3010823	HC Hospital Consulting S.p.A - Gestione Diretta	digestore

0003371		10259	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 28	MOLINO DA LABORATORIO	KA WERKE GMBH	IKA M 20	012391329	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio	
0003373		8644	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP PT 39	CENTRIFUGA	ALC	PK 121	30201548	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga	
0003376		8635	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0003403		9585	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 17	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ELECTROLUX AB	ER 8218 C	83908394	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0003408		7254	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO		ACCETTAZ CONGELATORE DA LABORATORIO	PIARDI TECNOLOGIA	AF 700 TN SI		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio	
0003409		10104	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRDOI	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA	AF 700 TP AC		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0003411	0003411	8999	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE	UNITA' OP-	CONGELATORE DA LABORATORIO	STRADI	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo	
0003412	0003411	R 404 A	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE	UNITA' OP area mare	MOTORE ELETTRICO	/	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0003413	0003411	R ZZ	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE	UNITA' OP area mare	MOTORE ELETTRICO	/	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0003418		8960	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE		LABORATOMICROSCOPIO OTTICO DA	WILD HEERBRUGG	M 3 Z		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0003421		8967	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE		LABORATOMICROSCOPIO OTTICO DA	LEICA MICROSYST	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0003423		8970	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE		LABORATOMICROSCOPIO OTTICO DA	LEICA MICROSYST	LABORLUX 12		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0003425		8701	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE		LABORATOMICROSCOPIO OTTICO DA	CONTINENTAL EQU/	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0003448		23443	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 30	MINERALIZZATORE A MICRO	MILESTONE SRL	ETHOS ONE	128849	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	mineralizzatore a microonde	
0003449		4973	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO		P2 03	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0003451		19307/225	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P4 LG12	RESPIROMETRO	COSTECH INTENATI	RESPIROMETER 30	23069914	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	Respirometri	
0003454		4979	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 17	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI IND	FRL 500 V	50138	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0003457	0003575	4897	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 37	CAMPIONATORE AUTOMATICO	TELEDYNE CETAC	ASX-510	010311ASX	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003459	0003575	4893	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 37	INTERFACCIA	AGILENT TECHNO	INTEGRATED SAMPLE		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003462	0003575	4900	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 37	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V	E2M 18	076055292	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003478		4940	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 06	STUFA ESSICCATRICE	BINDER GMBH	FD 240	07-32648	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0003485		5022	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	SPETTROFOTOMETRO	LANGHE DR BRUNO	XION 500	1086347	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	spettrofotometro	
0003520	0003520	3565	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO		P1 21	TERMOMETRO	DELTA OHM SRL	DO 9417	01004042	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	termometro
0003521	0003520	3674	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO		/	SONDA TERMOMETRICA	DELTA OHM SRL	PT 100	12729	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003527		3499	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 - 13	CONTAGLOBULI AUTOMATI	COULTER CORP	COULTER Z1	AA 493352	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	conta globuli counter	
0003528		3579	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	INCUBATORE AD ANIDRIDE	THERMO FORMA	C311	303563-1706	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori ad anidride carbonica	
0003532	0003532	8826	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	SPETTROMETRO DI MASSA	THERMO ELECTRO	TRACE DSQ	109	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gasromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)	
0003533	0003532	9019	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	CAMPIONATORE AUTOMATICO	THERMO FISHER E	AI 3000	20031480	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003534	0003532	9881	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 10/5	CAMPIONATORE AUTOMATICO	KMAR SA	VELOCITY	U503114007	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003536	0003532		AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 30	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V	RV 3	37804416	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003539	0000015	25702	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	ELABORATORE PER LABORATO	DELLE COMPUTER C/	/	GDKTP21	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003541	0003532	25532	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS 2000 SF	51873-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003542	0003532	25533	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	SOFTWARE	THERMO FISHER E	XCALIBUR	VER. 1.4 SR1	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003544	0003544	31	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	GASCROMATOGRAFO	PERKIN ELMER CO	CLARUS 500	65N03112601	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gasromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)	
0003545	0003544	00033	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	INTERFACCIA	PERKIN ELMER CO	600 LINK	610M03052906	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003546		32	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	CAMPIONATORE DI SPAZIO	PERKIN ELMER CO	TURBOMATRIX HS	M41L0311112	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003551	0003544	21199	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS 2000 SF	52329-OEM-001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003552	0003544	21187	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	SOFTWARE	PERKIN ELMER CO	TOTALCHROM NAV	VER. 6.2.1.0.104	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003569		4989	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	Prove in P	GENERATORE DI VAPORE	VARIAN INC	VGA 77	ELO2035994	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta		
0003575	0003575	5018	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 37	CROMATOGRAFO IN FASE	LIDIONEX CORP	DX 120	98110945	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	cromatografo ionico	
0003585		4919	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO		CORRDOI CONGELATORE DA LABORATORIO	BERTAGNIN SNC	ASPERA 380		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo	
0003612		3731	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 14	CAPPA BIOLOGICA	FASTER SRL	CBH 36M	1011	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare	
0003624		3500	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	AGITATORE DA LABORATORIO	MPM INSTRUMENT	10 POWER ORB	A0211596	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	setacciatore analitico	
0003625		3587	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	BAGNO TERMOSTATICO	GIBERTINI ELETT	BT 10 D	44658	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bagno termostatico	
0003629		3497	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 - 13	CENTRIFUGA REFRIGERATA	JOUAN SA	GR 20 22	39807026	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga refrigerata	
0003633		3448	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	CONGELATORE DA LABORATORIO	BICASA SPA	CV 260/30	289031	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio	
0003635		3447	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA	AF 700	1098300	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0003638		3560	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	CAPPA BIOLOGICA	BIOAIR INSTRUMENT	JUPITER	L19NA3621	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare	
0003640		3561	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	CENTRIFUGA	THERMO ELECTRO	3C CENTRIFUGE	91/24930049	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga	
0003641		3524	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	MICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP	TMS	301411	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0003642	0003644	3526	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	ELABORATORE PER LABORATO	DELLE COMPUTER C	OPTIPLEX G 1		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0003644	0003644	3527	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	BIOLUMINOMETRO PER ECOCOT	ECOTOX LDS SRL	MICROTOX M 500	5001844	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bioluminometro per ecotossicità	
0003645	0003644	Non prese	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	SOFTWARE	ECOTOX LDS SRL	MICROTOXOMNI	22778	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0003646	0003644	3815	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS 2000 SF	52329-OEM-001	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0003648	0003648	3540	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 16	MICROSCOPIO OTTICO DA	LEICA MICROSOP	DM IRB	090/132701	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0003649	0003648	3589	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 16	ALIMENTATORE PER FLUOR	LEICA INSTRUMEN	/	301-185.003/11	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	alimentatore per fluorescenza	
0003652		3413	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	INCUBATORE	ECOTOX LDS SRL	ECOTHERM 70	26713	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori refrigerati	
0003653		3414	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	INCUBATORE	JOUAN SA	EB 115 EL	39603644	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0003654		3734	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 14	MICROSCOPIO OTTICO DA	LEICA MICROSOP	DM LS	020-518-500	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0003685		3576	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 12	CONGELATORE DA LABORATORIO	BERTAGNIN SNC	ASPERA	J7238	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cella frigo	
0003697		3381	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 06	BAGNO TERMOSTATICO	MPM INSTRUMENT	M 428 BMR	M 06100729	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bagno termostatico	
0003698		3403	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	INCUBATORE AD ANIDRIDE	KW APPARECCHI S	CV 91	308	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori ad anidride carbonica	
0003699		3415	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	INCUBATORE	JOUAN SA	EB 115	39603645	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0003700		3416	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	INCUBATORE	JOUAN SA	EB 170	39812164	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori	
0003701		3479	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	INCUBATORE	ISCO SRL	FTD 250	9087H9AC	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori refrigerati	
0003702		3418	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 07	INCUBATORE	KW APPARECCHI S	CV 96 RS	243-2002	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori refrigerati	
0003703		3403	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	CAPPA STERILE	STERIL SPA	OASIS 72	6232	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare	
0003715		3487	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 06	STUFA ESSICCATRICE	KW APPARECCHI S	CV 104	353	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice	
0003716		3489	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 07	AUTOCLAVE	FEDEGARI AUTOCL	FVA 2	NB0670AF	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	autoclave	
0003717		3355	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 07	CONGELATORE DA LABORATORIO	KW APPARECCHI S	CK 60	323	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio	

0003718		3369	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 09	CONGELATORE DA LABORATO	JOINTLAB SRL	NO FROST	24.077.269.9	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0003725		3351	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 05	AUTOCLAVE	FEDEGARI AUTOCLAV	FVA 2	N80671AF	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	autoclave
0003734	0003734	5501	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 09	LUXMETRO	DELTA OHM SRL	HD 9221	03024845	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	Fotodiametro
0003735	0003734	5501	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDO	SONDA PER LUXMETRO	DELTA OHM SRL	LP 9221 PHOT		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	luxmetro
0003738		3491	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 08	CAPPA ASPIRANTE	HERON PARIGI SNC	5401		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0003791	0003791	15743	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	TERMOMETRO	DELTA OHM SRL	HD 2108.2	06020594	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	termometro
0003792	0003791	15744	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	SONDA TERMOMETRICA	DELTA OHM SRL	/	06017806	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003812	0003812	21576	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG14	TERMOMETRO	EUTECH INSTRUMENTS	TEMP6	424727	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	termometro
0003813	0003812	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG25	SONDA TERMOMETRICA	EUTECH INSTRUMENTS	PT56L	19073	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0003918	0003919	9610	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 12	GENERATORE ELUENTI	DIONEX CORP	EG 40		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	
0003919	0003919	9610	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 12	CROMATOGRAFO IN FASE	LIDIONEX CORP	IC 25	02060665	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	cromatografo ionico
0003920	0003920	9547	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPed. B P2/O	CROMATOGRAFO IN FASE	LIDIONEX CORP	DX 120	02050187	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	cromatografo ionico
0003921	0003920	9548	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 12	CAMPIONATORE AUTOMAT	LIDIONEX CORP	AUTOMATED SAMPLER		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	
0003948		9401	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 13	CAPPA ASPIRANTE	/	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0003955		9584	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 17	CONGELATORE DA LABORATO	PIARDI TECNOLOGIA	PIAF 700 TN AC	09054052	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0003956		9529	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 11	STUFA ESSICCATRICE	BICASA SPA	BE 7 A		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0003957		9531	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 17	PRODUZIONE ACQUA PURA	MILLIPORE CORP	MILLI Q	F2DM72344 P	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per
0003959		9572	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 16	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0003965		9494	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 13	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGIA	AF1500	120121170	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004039		7255	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPACCETTAZ	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCH	2300 L	B3TV002	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004042		11375	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in PO 18	CENTRIFUGA REFRIGERATA	ALC	PK 131 R	30201555	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga refrigerata
0004059		11395	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in PO 14	MICROSCOPIO OTTICO DA	LEICA MICROSYST	LABORLUX D	045234	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0004063		9526	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 16	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BOSCH R GMBH DI	COOLER	10730401031	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004067		10722	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	INCUBATORE	F.LLI GALLI G & P	G CELL INCUBATOR	27538	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori
0004076		10639	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 06	PRODUZIONE ACQUA PURA	HUMAN CORP	HUMAN UP 900	9040705-28	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per
0004077		10641	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 28	PRODUZIONE ACQUA PURA	MILLIPORE CORP	RIOS 5	E0CN53790K	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per
0004078		8631	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP2 9	FRIGORIFERO BIOLOGICO	IGNIS	ARF P11 IG		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004093		9298	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCR	1500 6	12519	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004131	0004131	19	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP0 15	EVAPORATORE	BUCHI LABORATOR	ROTAVAPOR R 200	303984010001	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	evaporatore
0004134	0004131	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP0 15	POMPA PER VUOTO PER LA	KNF NEUBERGER	N726 FT 18	1009775	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0004175		11201	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	DIPARTIMENTO PIOMBINO	Prove in P1 30	ARMADIO ASPIRATO	ARREDI TECNICI VI /			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0004185	0004185	7887	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 38	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOL	G 1530 N	CN 10424046	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0004186	0004185	8042	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP edificio B	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOL	5973 NETWORK M	US41746654	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0004187	0004185	8044	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 38	INIEITTORE PER CAMPIONA	AGILENT TECHNOL	G 2613 A	CN 42437150	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	
0004188	0004185	8043	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 38	CAMPIONATORE AUTOMAT	AGILENT TECHNOL	G 2614 A	CN 42429222	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	
0004189	0000059	9914	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 40	PRODUZIONE DI IDROGEN	PACKARD INSTRUM	U9200	415838	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	generatori di gas
0004192		11317	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE LABORATORIO	/	/	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARD	HP 1740	CND7250WNV	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.
0004193	0004185	8031	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	2 - UO Attività Laboratori	/	/	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1150		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.
0004195		271	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P010	CONGELATORE DA LABORATO	UNIBARISTON	/	711034191	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0004229		11601	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE LABORATORIO	PO 2 porti	CONGELATORE DA LABORATO	IEHBERH WERK L	COMFORT		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0004237	0004237	11405	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in PO 14	MICROSCOPIO OTTICO DA	ZEISS CARL	AXIOVERT 25 CFL	660984	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0004238	0004237	11404	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in PO 14	FOTOCAMERA DIGITALE	JVC LTD	TK C1381	15213740	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0004239	0004237	11406	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in PO 14	PERSONAL COMPUTER PER	/	/	60815468	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0004240	0004237	11407	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in PO 14	MONITOR PER COMPUTER	ACER AMERICA CO	1555	9171602308	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0004241	0004237	11659	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	PO 14	SOFTWARE	HESP TECHNOLOGI	AS AUTO	8098700543219	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0004242	0004237	11657	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	PO 14	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS 98	04804-OEM-008	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0004243	0004185	Non prese	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	/	/	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	55274-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.
0004244	0004185	Non prese	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	/	/	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL	MSD CHEMSTATION	BUILD 75	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.
0004252	0004252	19112	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOL	6890 GC	US00038047	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0004253	0001169	19113	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	CAMPIONATORE DI SPAZIO	AGILENT TECHNOL	7694 E HEADSPACE	IT00410320	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	
0004263	0004252	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS NT	11199-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	
0004264	0004252	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL	GC CHEMSTATION	REV A.08.03.184	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	
0004267		2242	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	0720 - SI - P010	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI	INDBASIC 700 1 TN	38225	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004270		2608	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP026	STUFA ESSICCATRICE	MPM INSTRUMENT	M 150 VN	9706227	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0004276		2368	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0004285		2305	AVS - AREZZO	V.le Maginaldo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P - CORR	ARMADIO ASPIRATO	KOTTERMANN	GMIFWF 90		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0004286		2396	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP015	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	DIONEX CORP	ASE 200	980701131	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0004287		2392	AVS - AREZZO	V.le Maginaldo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P 24	CENTRIFUGA	NUVE AS	NF 200	02-1156	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga
0004292		2398	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 11	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0004293		2395	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0004300		2337	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA	AF 700 TP AC	1098301	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004311		2204	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG10CP23	INCUBATORE	KW APPARECCHI SC	W 94 R	254	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori
0004312		2218	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG30	INCUBATORE	F.LLI GALLI G & P	HIGH PERFORMAN	21026	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori
0004320		2465	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	AGITATORE DA LABORATO	EPPENDORF AG	5350 THERMOMIX	03902	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	setacciatore analitico
0004322		2464	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP1 13	CENTRIFUGA REFRIGERATA	EPPENDORF AG	5415 R	04434	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga refrigerata
0004323		2335	AVS - AREZZO	V.le Maginaldo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P 21	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA	AF 700 TP AC		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004324		2333	AVS - AREZZO	V.le Maginaldo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P - 21	CONGELATORE DA LABORATO	BICASA SPA	CV 260/30	22-9991-05	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0004332		2157	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ELECTROLUX ZANU	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004342		2101	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	DISTILLATORE A CORRENTE	VELP SCIENTIFICA	UDK 140	2012036	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	distillatore
0004343	0004343	2063	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	MINERALIZZATORE A MIER	VELP SCIENTIFICA	DK 6	3010815	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	digestore

0004344	0004343	2062	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	ASPIRATORE DA LABORATO	VELP SCIENTIFICA	SMS SCRUBBER	2013841	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0004345	0004343	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P024	POMPA PER VUOTO PER LA	KNF NEUBERGER	NF 810 FT.18	1336378	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0004347		2141	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 - 24	CAPPA ASPIRANTE	BICASA SPA	/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0004361	0004361	2114	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG16	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOL	6890 N	DE00005042	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0004364		2121	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG9	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARD	HEW7500	NC327V8031	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004380	0004384	99	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	/	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	LASERJET P 2015	CNBW7CT96L	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004381	0004384	124	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOL	7890 A GC	CN10748023	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0004383	0004384	125	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	CAMPIONATORE AUTOMAT	AGILENT TECHNOL	G2614 A	CN74746356	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004384	0004384	126	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOL	GCMS 5975 C	U573327846	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0004385	0004384	7	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	ELABORATORE PER LABOR	HEWLETT PACKARD	DX 2300	HUB7461LBK	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004387	0004384	6	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V	/	21243943	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004392		2120	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 4P LG9	ELABORATORE PER LABOR	HEWLETT PACKARD	COMPAQ	FRB33909M4	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004393		2790	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP pt-11	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCH	LABOR 1500 2P	22244	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004396	0004361	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG16	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	55719-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004397	0004361	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG16	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL	GC CHEMSTATION	REV A 10.01 [16	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004401	0004384	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL	MSD CHEMSTATIO	R6W57222L6UR	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004402	0004384	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO	76487-OEM-004	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0004417		24162	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 24	BAGNO TERMOSTATICO	NUVE AS	NB 9	02 1074/11551	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bagno termostatico
0004418		2287	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 13	CAPPA BIOLOGICA	BIOAIR INSTRUME	JUPITER	A3622	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare
0004423	0004424	2567	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P LG25	RISCALDATORE DI PROVETT	LANGHE DR BRUNO	LUMISTHERM	1012770	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	incubatori
0004424	0004424	2566	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P LG25	BIOLUMINOMETRO PER EC	LANGHE DR BRUNO	LUMIS TOX			

0004926	0004922	8438	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	SONDA DA LABORATORIO	TCR TECORA	/			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0004933		8495	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL	DIGIT ISO	0972		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0004934		8424	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL	DIGIT ISO	0973		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0004935		8498	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL	11033A ZB2	1877		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0004937		8496	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO M			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0004943		Non prese	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	REGISTRATORE SU CARTA	SEIKO INSTRUMENT	DPJ 414	1048291A		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0004957		11396	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 14	MICROSCOPIO OTTICO DA	ZEISS CARL	/	475052-9901		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0004959		11378	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 14	MICROSCOPIO OTTICO DA	OLYMPUS OPTICAL	SZ 9	1F11904		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0004961		11383	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 18	CAPPA ASPIRANTE	/	/			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0004962		11374	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 18	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BOSCH WAGESYST	DUO SISTEM			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0004965		11377	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 18	CONGELATORE DA LABORATO	BOSCH WAGESYST	ECONOMIC FROSTER			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0004969		11530	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	Garage	ARMADIO ASPIRATO	TECNAR INSTRUME/				HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0004991	0004995	11397	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 14	ALIMENTATORE PER FLUOR	OLYMPUS OPTICAL	TH 4 -200	2M00353		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	alimentatore per fluorescenza
0004992	0004995	11398	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 14	APPARECCHIO DA LABORATO	OLYMPUS OPTICAL	U RFL T 200	2211036		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0004994	0004995	11403	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 14	LAMPADA A FLUORESCENZA	OLYMPUS OPTICAL	U LH100-HG	3D03025		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0004995	0004995	11402	AVL - PIOMBINO	Via Adige n.12 Loc.	SETTORE MARE	Prove in	PO 14	MICROSCOPIO OTTICO DA	OLYMPUS OPTICAL	LX 51	2K14699		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0005005	0005005	3751	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 11	MICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP	SM2 10			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0005006	0005005	3596	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 11	FONTE LUMINOSA DA LABO	LEICA MICROSCOPI	CLS 150 XE	32244		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005008	0005008	3676	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	MICROSCOPIO OTTICO DA	HUND HELMUT G	WILVOERT	202388		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0005009	0005008		AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	FOTOGRAFICO PER BIOIMM	NIKON CORP	FX-35			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005011	0005008		AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	ADATTATORE CAMERA CCD	NIKON CORP	AFX II A	444755		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005012	0005008		AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	ADATTATORE CAMERA CCD	NIKON CORP	AFX II A			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005066	0005066	Non prese	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	OP	CORRIDOI TERMOMETRO	DELTA OHM SRL	HD 2307.0	08015509		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	termometro
0005067	0005066		AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	OP	CORRIDOI Sonda termometrica	DELTA OHM SRL	F043915	08252214		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005068		6220	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO M	94474		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005069		6219	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	MEZZO	MIANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO M	90810		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005075	0005075	1396	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	2P 12	TERMOMETRO	HANNA INSTRUMEHI	955202	61709		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	termometro
0005076	0005075	1397	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	2P 12	SONDA TERMOMETRICA	HANNA INSTRUMEHI	768 L	32975		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005080		4872	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 16	CAPPA BIOLOGICA	STERIL SPA	VBH 72	8382		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare
0005112	0001954	18794	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	AP LG14	SISTEMA PRODUZIONE VU	VAN DER HEUDEN	KUHL MOBIL	1342/556A		PERKIN ELMER ITALIA S	sistema di raffreddamento (chiller)
0005138		15655	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	SP LG6	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL	EGO PLUS TT	280		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005139		15728	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	SP LG6	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL	EGO PLUS TT	281		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005147	0008598	14800	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	LG03/1	CONTENITORE DI AZOTO LI	MESSER GRIESHET	MARATHON 30C	29 558		PERKIN ELMER ITALIA S	
0005165		1619	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in	piano terr	CONGELATORE DA LABORAT	UEBHERR WERK L	PREMIUM	LIEBGN2756		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0005187		24213	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	SETTORE GEOTERMIA	Prove in	MEZZO	MIANALISI STERILITA' AMBIE	ANALITICA STRUMIA	AIRCUBE COM2	13-ACC2TH-003		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005188		24212	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	SETTORE GEOTERMIA	Prove in	MEZZO	MIANALISI STERILITA' AMBIE	ANALITICA STRUMIA	AIRCUBE COM2	13-ACC2TH-002		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005190		6283	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	MEZZO	MIANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO M	94445		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005202		23270	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	/	FUMI, ANALIZZATORE DI	TESTO GMBH	TESTO 350 XL	1298852		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	analizzatore di fumi
0005203		23284	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	PT 23	GASCRIMATOGRFO	PCF ELETTRONICA	FID 2001			PERKIN ELMER ITALIA S	gasromatografo portatile
0005225		17982	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in c	P1 14	FUMI, ANALIZZATORE DI	MADUR ELECTRONGA	12	12302068		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	analizzatore di fumi
0005226		17983	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in c	P1 14	SONDA ISOINETRICA RISCA	TCR TECORA	EG EASY GAS	AC99/007		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	Sonda isocinetica riscaldata
0005227	0005228	17974	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in c	P1 14	CELLA DI PELTIER	TCR TECORA	PELTIER FRIGOR	751/122		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)
0005228	0005228	17900	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in c	P1 14	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	EASY GAS	830-067		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005229		17899	AVC - PRATO	via Lodi n. 20	DIPARTIMENTO PRATO	Prove in c	P1 14	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO M PLUS	843/287		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005241	0005241	20222	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG25	TERMOMETRO	TFA DOSTMANN LT	P 650-PT	65008100856		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	termometro
0005242	0005241	20222	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG25	SONDA TERMOMETRICA	TFA DOSTMANN LT	PT 100	81004		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005272		3564	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 13	INCUBATORE	ECOTOX LDS SRL	ECOTHERM 70			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	incubatori refrigerati
0005273		6606	AVL - Pietrasanta -	P.zza della Repubblica	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ST 21	CENTRIFUGA REFRIGERATA	ALC	PM 180 R			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	centrifuga refrigerata
0005274		18941	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	AP LG04	INCUBATORE	VELP SCIENTIFICA	FOC 225 E			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	incubatori
0005277		6602	AVL - Pietrasanta -	P.zza della Repubblica	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ST 21	STUFA ESSICCATRICE	BICASA SPA	OVEN			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0005280		6590	AVL - Pietrasanta -	P.zza della Repubblica	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ST 21	CAPPA ASPIRANTE	LABOSYSTEM SRL	HERON			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005284		3404	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 09	INCUBATORE	KW APPARECCHI	SCW 90			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	incubatori
0005285		3384	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 09	CAPPA BIOLOGICA	BIOAIR INSTRUMENT	JUPITER	3623/2000		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare
0005291		3738	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 13	BIOLUMINOMETRO PER ECL	CLANGE DR BRUNO	LUMIS TOX	1084590		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	bioluminometro per ecotossicità
0005292		6553	AVL - Pietrasanta -	P.zza della Repubblica	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ST 16	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BOSCH + SOHN GM/				HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005297		3419	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 09	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BICASA SPA	AF 700	1098299		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005298		6614	AVL - Pietrasanta -	P.zza della Repubblica	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ST 21	MICROSCOPIO OTTICO DA	OLYMPUS OPTICAL	BH 2			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0005299	0005299	6616	AVL - Pietrasanta -	P.zza della Repubblica	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ST 21	MICROSCOPIO OTTICO DA	OLYMPUS OPTICAL	SZH ILLB	105045		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0005364	0005364	3749	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	MICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP	ECLIPSE 80 I			HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0005372	0005483	10135	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 11	DILUITORE	GILSON INC	406 DUAL	640H6H024		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	diluitore
0005373	0005483	9966	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 11	PREPARATORE DI CAMPION	GILSON INC	VALVEMATE II	330K6C056		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005374	0005483	10049	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 11	ELABORATORE PER LABORA	DELL COMPUTER C/		5R11M2J		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005375	0005483	22733	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 11	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C/		CN-OXH523		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	
0005387	0003303	94106	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 40	ELABORATORE PER LABORA	HEWLETT PACKARD	D 330 UT	HUB4050D=)2		PERKIN ELMER ITALIA S	
0005388	0003303	9875	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 40	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARD	HP 1702	CNN40404MS		PERKIN ELMER ITALIA S	
0005392	0003575	4894	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P2 37	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	L 71 C	0852TG100253		PERKIN ELMER ITALIA S	
0005394		2158	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P009	PRODUZIONE DI IDROGENO	CDBS STRUMENTI	SCNM-H2 250	NM11D0115307		HC Hospital Consulting SSC - Gestione Diretta	generatori di gas
0005396	0000022	7884	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 32	ELABORATORE PER LABORA	OLIDATA SPA	DC-E 2000			PERKIN ELMER ITALIA S	
0005397	0000022	7883	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 32	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	MR 17 F 10 N	7817TG002419		PERKIN ELMER ITALIA S	
0005398	0000022	7882	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 32	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V	UL 1004	107576		PERKIN ELMER ITALIA S	

0005407		18938	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG12	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005408		18923	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG12	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005409		18047	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG15	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005410		18041	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPED C 3P	LCAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005411		18048	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG15	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005414		18716	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPED C P3	LCAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005415		18590	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG 21	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005416		18610	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPED C P3	LCAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005417		18728	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG21	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	CN 3556	258806874		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005418		18727	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG21	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	FKV 4310	803366617		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005419		19242	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG12	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGI	/	09095607		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005420		19246	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG12	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	CN 3556	258766154		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005421		19874	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG10	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005422		19872	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG10	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	FKV 4310	803234572		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005423		19871	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG10	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	CN 3556	258766062		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005425		19297	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LH15	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005427		19295	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG15	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	FKV 4310	258766161		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005428		19294	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG15	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	CN 3556	803366976		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005432		19366	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG20	CAPPA BIOLOGICA	FASTER SRL	BH 2004 D	1738		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare
0005433		19368	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG20	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005434		19582	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG20	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005435		19502	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG20	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005436		18899	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG22	CENTRIFUGA	THERMO ELECTRO	HEC FL 40	309010093		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	centrifuga
0005458		19527	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPed. C -	Sot.ARMADIO ASPIRATO A FILT	DUPERTHAL SICHE	/	224380505000		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005459		19528	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPed. C -	Sot.ARMADIO ASPIRATO A FILT	DUPERTHAL SICHE	/	22438040029		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005462	0002208	4	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP000	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKAR	LASERJET 1320 N			PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005476		7856	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in c	DEPOSITO SISTEMA PRODUZIONE VU	TCR TECORA	ISOFRST 2	825/057		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)
0005483	0005483	10050	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	GILSON INC	GX-271 ASPEC	26016N145		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0005489		2526	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP22	17 FRIGORIFERO BIOLOGICO	SAM SCIENTIFICA	SCT 500	10585/97		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005546		10069	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP22	29 FRIGORIFERO BIOLOGICO	EVERMED SRL	LR 625	62846		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005547	0004185	10131	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 38	LABORATORIO PER LABORADELL	COMPUTER COPTIPLX 760				PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005551	0002208	1142	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP000	PRODUZIONE DI IDROGENCDBS	STRUMENTI SCNM-H2 300		NMI0905151186		PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005612		2724	AVS - AREZZO	V.le Magliardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 4	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, SMEG	SPA	GW 3050 BX	7100107160		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	lavavetreria
0005689	0004185	9680	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 38	STRUTTORE SU CARTA	HEWLETT PACKAR	LASERJET			PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005692		10051	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP22	29 CONGELATORE DA LABORATCF	DI CIRO FIOCCH FREEZER 700		29674		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	congelatore da laboratorio
0005693	0005693	10062	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	13 EVAPORATORE	LABOGENE	SCANVAC	GVS2350912004		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	evaporatore
0005694	0005693	10063	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	13 SISTEMA DI RAFFREDDAMEN	ANALYTICAL CONF/				HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005695	0005693	10065	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	13 POMPA PER VUOTO PER LA	ANALYTICAL CONF/				HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005702		7996	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P001 ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	ISOSTACK PLUS ISO	716-0889		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	misuratore di portata
0005712		20678	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	PRODUZIONE DI IDROGENCDBS	STRUMENTI SC	PG-H2 250	HG050315778		PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005713	0005483	9968	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	11 POMPA PERISTALTICA DA IL	GILSON INC	MINIPULS 3			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	generatori di gas
0005714	0005483	10048	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	11 MODULO CONNESSIONE PED-LINK	CORP	DI-804HV	DY15169000004		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005715	0005483	9656	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 39	SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005716	0005483	9653	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT 39	SOFTWARE	GILSON INC	TRILUTION LH			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005717	0000868	8897	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP22	8 ELABORATORE PER LABORADELL	COMPUTER C/				PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005719	0000868	25535	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP22	8 SOFTWARE	MICROSOFT CORP	WINDOWS XP PRO			PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005720	0000868	25536	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP22	8 SOFTWARE	THERMO ELECTRO	THERMO GC CONTROL FOR CHEMS			PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005798		Non prese	AVC - PISTOIA	via Baroni n. 18	DIPARTIMENTO PISTOIA	/	ANALISI STERILITA' AMBIE	LANZONI SRL	VPPS 2000	266		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	campionatore per pollini
0005862	0005863	3678	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	17 SISTEMA TELEVISIVO PER	OLYMPUS OPTICAL	KL 1500			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005863	0005863	3683	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	17 MICROSCOPIO OTTICO DA	OLYMPUS OPTICAL	SZX 7	0A04797		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio
0005869		19559	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG12	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PIARDI TECNOLOGIA	F 1500 TP AV	09095614		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005871		19309	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPedificio B-	CAPPA BIOLOGICA	FASTER SRL	BH 2004 D	1736		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa sterile a flusso laminare
0005872		19561	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG11	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005873		19463	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG11	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005874		19462	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG11	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDINI	MC6			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica
0005875		19562	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG11	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	29-060664-001	80751/2010		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005876		19471	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG11	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	29-060664-001	80750/2010		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005877		19466	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG11	ARMADIO ASPIRATO	/	/			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005878		18952	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG5	BILANCIA ANALITICA	METTLER TOLEDO	XS 205 DUAL RANG	B021036976		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bilancia analitica
0005880	0005880	19514	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPEDC4PLG2	MINERALIZZATORE A MICR	MILESTONE SRL	ETHOS ONE	131910		PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005881	0005880	19513	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPA P4 20	UNITA' DI CONTROLLO	MILESTONE SRL	/	0909-00-0181		PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005883		15769	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG22	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	29-060664-001	67584/2007		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005884		19720	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG20	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	29-060664-001	78093/2009		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005886		19875	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG10	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	29-060664-001	78011/2009		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005887		18043	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPED C 3P	LCARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	29-060664-001			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005888	0001970	19015	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	CAMPIONATORE AUTOMAT	SHIMADZU CORP	AOC 20I	C113148138754		PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005889		18607	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG21	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	29-060664-001	78010/2009		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005890		18685	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG21	ARMADIO ASPIRATO	DUPERTHAL SICHE	29-060664-001			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0005900	0003313	9778	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP11	32 MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	MR 17	7813TG001170		PERKIN ELMER ITALIA S	SIC - Gestione Diretta
0005915		17	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP014	MOLINO DA LABORATORIO	RETSCH GMBH	SM 2000	12100410171		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio

0005916		137	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP014	MOLINO DA LABORATORIO	LABTECH ESSA PTY JC 1000	218583-001	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio
0005918		84	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ELECTROLUX ZANUOR04PVF4	5107002	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005919	0005919	205	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP0 26	SPETTROFOTOMETRO AD	EIPERKIN ELMER CO OPTIMA 7300 DV	077C0111801	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	ICP ottico
0005920	0005919	282	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP0 26	CAMPIONATORE AUTOMATI	PERKIN ELMER CO S10 AUTOSAMPLER	102S10093701	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0005921	0005919	00212	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP026	ABBATTITORE DI TEMPERA	PERKIN ELMER CO /	1007029575	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0005923	0005919	599	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP026	MONITOR PER COMPUTER	SAMSUNG ELECTRC/	CZC0371X44	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0005947	0005947	10208	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP T 33	SPETTROMETRO DI MASSA	VARIAN INC GCMS 40	MS09M0407	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0005948	0005947	10207	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP T 33	GASCROMATOGRAFO	VARIAN INC 450 GC	GC1004B096	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0005949	0005947	10204	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP T 33	CAMPIONATORE AUTOMATI	VARIAN INC 8400 AUTOSAMPLER		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0005950	0005947	10130	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP T 33	ELABORATORE PER LABORAE	DELL COMPUTER C /	60C2T4J	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0005951		10206	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP T 27	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C /		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0005953	0005947	25610	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP T 27	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0005954	0005947	25611	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP T 27	SOFTWARE	VARIAN INC INC MS WORKSTAT	05189 MSWS	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0005962	0005962	00152	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	GILSON INC GX-274 ASPEC	260G8N226	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0005963	0005962	00155	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	DILUITORE	GILSON INC 406 DUAL	640A9J019	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	diluitore
0005964	0005962	00157	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	PREPARATORE DI CAMPION	GILSON INC VALVEMATE II		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005965	0005962	00158	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	PREPARATORE DI CAMPION	GILSON INC VALVEMATE II		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005966	0005962	00156	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	MODULO CONNESSIONE PE	CISCO SYSTEMS IN RVS4000		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005967	0005962	00154	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	INTERFACCIA	GILSON INC 509		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005968	0005962	00153	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005969	0005962	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	ELABORATORE PER LABORAE	DELL COMPUTER C OPTIPLEX 780		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005970	0005962	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005971	0005962	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP019	SOFTWARE	GILSON INC TRILUTION LH		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005972	0005972	00021	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP015	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	GILSON INC GX-271 ASPEC	261M0N315	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0005973	0005972	00022	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP015	DILUITORE	GILSON INC 406 DUAL	640L8J222	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	diluitore
0005974	0005972	00023	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP015	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C /		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005975	0005972	00024	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP015	ELABORATORE PER LABORAE	DELL COMPUTER C OPTIPLEX 780		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005976	0005972	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP015	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005977	0005972	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP015	SOFTWARE	GILSON INC TRILUTION LH		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005982		16003	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	Prove in c	MEZZO MIANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL PF 11033PM-01	3009	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005983	0005983	16002	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP /	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL PF 11033PM-01	3010	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0005984	0005983	16007	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG6	TESTATA PRELIEVO POLVERI	ZAMBELLI SRL PM 14-2	20357	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005985	0005983	16008	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG6	TESTATA PRELIEVO POLVERI	ZAMBELLI SRL PM 14-2	20358	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	
0005989		15730	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP SP LG06	UNITA' DI RAFFREDDAMEN	ZAMBELLI SRL FROST		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0005997		15656	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	Prove in c	MEZZO MIUNITA' DI RAFFREDDAMEN	ZAMBELLI SRL FROST	PF 18005	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio
0006011		9506	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI)	ARMADIO ASPIRATO A FILT	DUPERTHAL SICHE FWF 20	22438050098	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0006012		9858	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRIDI)	ARMADIO ASPIRATO A FILT	LABOR SECURITY S SAFETYBOX		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato
0006015		9465	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 19	STUFA ESSICCATRICE	MPM INSTRUMENTM 700 VF	MY11120595	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0006016		9364	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 19	STUFA ESSICCATRICE	MPM INSTRUMENTM 700 VF	MY11120596	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	stufa essiccatrice
0006040		22842	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 16	AGITATORE DA LABORATOR	RETSCH GMBH AS 200 CONTROL	1212170144	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	setacciatore analitico
0006041	0006041	22716	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 32	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOGCMS 5975 C	US12052A15	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0006042	0006041	22717	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 32	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOLOG 7890 A GC	CN12011063	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0006043	0006041	22718	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 32	CAMPIONATORE AUTOMATI	AGILENT TECHNOLOG 7693	CN11500167	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006044	0006041	22719	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 32	POMPA PER VUOTO PER LA	PFEIFFER VACUUM DUO 2.5	21673344	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006045	0006041	22720	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 32	ELABORATORE PER LABORAE	HEWLETT PACKARE/	CZC14602R5	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006046	0006041	22715	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 32	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARELASERJET P 3015	VNBQDC114	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006047	0006041	22721	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 32	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARE/	CNK13450R09	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006048	0006041	25516	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 32	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOG G1701DA	G1701-60161	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006064	0006079	82	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	ELABORATORE PER LABORAE	HEWLETT PACKARECOMPAQ	CZC111278Q	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006065	0006079	83	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARELA 1951 G		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006066	0006079	81	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARELASERJET P2055 D		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006069	0006079	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 7	00371-8992671-	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006070	0006079	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOGCHEMSTATIC	DEW158871	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006071	0006079	233	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	CONTROLLER PER CAMPIO	GERSTEL GMBH C 506 CONTROLLER MAS		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006072	0006079	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	POMPA PER VUOTO PER LA	PFEIFFER VACUUM DUO 2.5	PKD41064E	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006073	0006079	235	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	CAMPIONATORE AUTOMATI	AGILENT TECHNOLOG G 7361 A	US11230001	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006074	0006079	234	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	PURGE & TRAP	O.I. ANALYTICAL 4660 ECLIPSE	G129466451	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006075	0006079	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP0 20	INTERFACCIA	GERSTEL GMBH CRYO CHANNEL		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006076	0006079	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	APPARECCHIO DA LABORATI/	/		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006077	0006079	226	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	CAMPIONATORE AUTOMATI	GERSTEL GMBH MPS 2	300310	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006078	0006079	231	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOG 5975 B GCMS	US1128293	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)
0006079	0006079	232	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP020	GASCROMATOGRAFO	AGILENT TECHNOLOG 7890 A GC	CN11211130	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)
0006084		18	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP015	EVAPORATORE	GENEVAC LTD EZ 3	E23272	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	evaporatore
0006086	0003575	22831	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 2 37	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER CE 2210 F	CN-01Y	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006087	0003575	25576	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 2 37	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOGMASS HUNTER		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006088	0003575	25577	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 2 37	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 7		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	
0006089	0003575	5153	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 2 37	SISTEMA PRODUZIONE VU	LABTECH SRL SMART H150-2100	11071411897	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta	sistema di raffreddamento (chiller)
0006090		4876	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 16	MOLINO DA LABORATORIO	RETSCH GMBH PM 400	1210080303A	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio
0006091		4879	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 16	MOLINO DA LABORATORIO	LABTECH ESSA PTY JC 1000	218583-002	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio
0006093		4966	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPP 1 16	AGITATORE DA LABORATOR	RETSCH GMBH AS 200 CONTROL	1210040311	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	setacciatore analitico

0006097	0006097	21400	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P032	PRODUZIONE ACQUA PURA	MILLIPORE CORP	MILLI Q INTEGRAL	10		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per	
0006098	0006097	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P032	UNITA' PER TRASFERIMENTI	MILLIPORE CORP	Q-POD			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006099	0006097	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P032	SERBATOIO	MILLIPORE CORP	/			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006100	0006097	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P032	UNITA' PER TRASFERIMENTI	MILLIPORE CORP	Q-POD			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006117	0006640	2201	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P 21	ELABORATORE PER LABORAO	OLIDATA SPA	DC-E 2000			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006118	0006640	2236	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P 14	FOTOGRAFICO PER BIOINM	LEICA MICROSCOP	DFC 425	543192011		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006119	0006640	Non prese	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P 14	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	L 71 C	7817LG00250		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006152		19070	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG10CP41	MOLINO DA LABORATORIO	RETSCH GMBH	PM 400	1211081112c		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	mulino da laboratorio	
0006160	0006160	16031	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG14	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	ISOSTACK G4	11410204P		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	misuratore di portata	
0006164		21159	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 5P LG14	MISURATORE DI CORRENTE	TCR TECORA	FLOW TEST ST			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	misuratore di portata	
0006181		21425	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPTERRAZZO	ANALISI STERILITA' AMBIE	ANALITICA STRUMI/		12-AF PUF TSP-0		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria	
0006182		21426	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPTERRAZZO	ANALISI STERILITA' AMBIE	ANALITICA STRUMI/		12-AF PUF TSP-0		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria	
0006184		21459	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG04	DOSIMETRO	RAD ELEC INC	E PERM	E0508		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	lettore per elettretti	
0006192	0006192	21526	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG03/1	DOSIMETRO	EG & G ORTEC	GMX 45-76-XLB-C			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A	sistema spettrometria gamma	
0006193	0006192	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG03/1	GENERATORE ALTA TENSIONE	EG & G ORTEC	/			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006194	0006192	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG03/1	ANALIZZATORE MULTIPARA	EG & G ORTEC	MFG-DSPEC-LF			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006195	0008598	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG03/1	SOFTWARE	EG & G ORTEC	MAESTRO			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006196	0006192	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG03/1	CONTENITORE DI AZOTO LI	EG & G ORTEC	DWR 30			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006226	0006226	22731	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 34 piano	BILANCIA ANALITICA	SARTORIUS AG	CUBIS	27401164		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	bilancia analitica	
0006256		21575	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG07/4	CAPPA ASPIRANTE	WALDNER HOLDIN	SCALA TYPE 1500	430/02703/300		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0006268	0006268	16264	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P LG20	MICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP	ECLIPSE 80 I	640561		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0006269	0006268	16630	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P LG20	ELABORATORE PER LABORAE	HEWLETT PACKAREZ	200 WORKSTATI	CZCO369K1B		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006278	0000746	13951	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG03/2	ELABORATORE PER LABORAE	DELL COMPUTER C	OPTIPLEX 780			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006280	0008598	14738	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG03/2	ELABORATORE PER LABORAE	DELL COMPUTER C	OPTIPLEX 780			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006281	0008598	14738	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG03/2	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C/				PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006294		14769	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG07/3	ARMADIO ASPIRATO A FILT	ARREDI TECNICI CACHEMISAFE	FIRE 6	10547		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato	
0006303	0002216	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P009	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V 1.5					PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006307	0004460	24211	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P012	EVAPORATORE AUTOMATI	METROHM AG	863 COMPACT IC AUTOSAMPLER			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006401		22738	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP PT 33	EVAPORATORE	GENEVAC LTD	EZ 3	E23446		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	evaporatore	
0006416	0004185	25621	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP PT 38	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	/			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006423	0006226	22732	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 34	INTERFACCIA	/	/			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006424	0006226	22730	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 34	ELABORATORE PER LABORAE	DELL COMPUTER C	OPTIPLEX GX 520			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006425	0006226	25518	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 34	MONITOR PER COMPUTER	IBM CORP	THINK VISION			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006426	0000059	23102	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	CAMPIONATORE DI SPAZIO	AGILENT TECHNOL	7694 HEADSPACE SAMPLER			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006427	0003303	14106	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 40	SOFTWARE	/	/	G1656-64000		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006429	0003080	9661	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	ELABORATORE PER LABORAE	/	/			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006430	0003080	25523	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 39	MONITOR PER COMPUTER	SAMSUNG ELECTRC	SYNCMASER 713 BM			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006431		6204	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRDO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	LIEBHERR WERK L	PROFILINE			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	frigorifero da laboratorio	
0006435		22777	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 19	LAVAGGIO E DISINFESTAZI	ONE, MIELE & CIE	GMBH G 7804			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	lavavettreria	
0006436		22776	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 19	PRODUZIONE ACQUA PURA	SARTORIUS AG	ARIUM PRO UV			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per	
0006437	0006437	23143	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 19	PRODUZIONE ACQUA PURA	SARTORIUS AG	ARIUM 61316			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	produzione acqua pura, apparecchio per	
0006438	0006437	23144	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P1 19	SERBATOIO	/	/			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006439		2557	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP CORRDO	ARMADIO ASPIRATO	KOTTERMANN GMDIN	12925 TEIL 1			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	armadio aspirato	
0006464	0004744	25555	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 11	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	MR 17 F 10 N			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006466	0002364	25584	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP MAGAZZI	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	MR 17 F 10 N			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006470	0002364	10263	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP MAGAZZI	ELABORATORE PER LABORAE	COMPACT	EVO			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006471	0000894	8683	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	CELLA ELETTROCHIMICA DI	WATERS CORP	POST COLUMN REACTION MODULE			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006473	0000921	8388	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARE	LASERJET 4100 TN			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006474	0000921	25545	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 9	MONITOR PER COMPUTER	PHILIPS MEDICAL	170 S			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006478		9598	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 18	CAPPA ASPIRANTE	GENELAB SRL	/			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	cappa aspirante-chimica	
0006489	0000015	25538	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	MONITOR PER COMPUTER	COMPAQ	/			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006491	0003532	6788	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 8	ELABORATORE PER LABORAE	FUJITSU SIEMENS	SCENIC 300			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006520		8963	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE		LABORATCMICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP	/	208179		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0006521		8972	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE MARE		LABORATCMICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP	/	208102		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0006541	0003575	22832	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP P2 37	ELABORATORE PER LABORAE	DELL COMPUTER C	OPTIPLEX 780			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006587		22915	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	MISURATORE DI CORRENTE	TCR TECORA	FLOW TEST ST	12261955T		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	misuratore di portata
0006588		8499	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22	ANALISI STERILITA' AMBIE	ZAMBELLI SRL	Z B1	PF11033PR-01		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0006638	0004435	2200	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P 21	FONTE LUMINOSA DA LABO	LEICA MICROSCOP	/			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006639	0004435	2199	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P 21	FONTE LUMINOSA DA LABO	LEICA MICROSCOP	/			HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta		
0006640	0006640	23952	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 2P 14	MICROSCOPIO OTTICO DA	NIKON CORP	ECLIPSE NI	9311132		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	microscopio ottico da laboratorio	
0006667		23955	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	DIPARTIMENTO AREZZO	Prove in c	PT 16	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	MSI	AISI316		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	misuratore di portata
0006668		23954	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	DIPARTIMENTO AREZZO	Prove in c	MEZZO	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	ISOSTACK G4	13481944P		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	misuratore di portata
0006669		19675	AVS - AREZZO	V.le Magiardo n. 1	DIPARTIMENTO AREZZO	Prove in c	PT 16	FUMI, ANALIZZATORE DI	MRU MESSGERATE	VARIO PLUS	060872		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	analizzatore di fumi
0006679	0002389	21605	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	CAMPIONATORE AUTOMATI	PERKIN ELMER CO	TURBOMATRIX HS 40 TRAP			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006680	0002389	2000	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	ELABORATORE PER LABORAE	/	/			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006682	0004252	1452	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	ELABORATORE PER LABORAE	DELL COMPUTER C	OPTIPLEX GX 620			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006683	0004252	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	MONITOR PER COMPUTER	BELINEA MONITOR 17	30 S1			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		
0006684	0006684	19211	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	GASCRMATOGRAFO	AGILENT TECHNOL	7890 A GC			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A	gascromatografo con detector vari (ECD FID NPD... con esclusione di spettrometro di massa)	
0006685	0006684	18760	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	SPETTROMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOL	GCMS 5975 C			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A	Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)	
0006686	0006684	18759	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP 3P LG8	CAMPIONATORE AUTOMATI	GERSTEL GMBH	MPS			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A		

0006687	0006684	19000	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	PURGE & TRAP	O.I. ANALYTICAL	4560			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006688	0006684	18758	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	CAMPIONATORE AUTOMATI	VARIVARIAN INC	ARCHON			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006689	0006684	18757	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	LASERJET P 3015			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006690	0006684	18755	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	ELABORATORE PER LABOR	HEWLETT PACKARD	COMPAQ			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006691	0006684	18756	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARD	LE 1901 W			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006692	0006684	19213	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	INTERFACCIA	GERSTEL GMBH	CONTROLLER 506			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006693	0006684	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	3P LG8	POMPA PER VUOTO PER LA	PIFFEIFFER VACUUM	DUO 2.5			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006694	0004361	21597	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	PRODUZIONE DI IDROGEN	CESSECI SRL	HK 260			generatori di gas
0006695	0004361	18019	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	ELABORATORE PER LABOR	DELL COMPUTER	COOPTIPLX GX 520			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006696	0004361	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	MONITOR PER COMPUTER	BELINEA MONITOR	17 30 51			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006697	0001642	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4V PIANO	CAMPIONATORE AUTOMATI	AGILENT TECHNOL	G 2614 A			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006698	0004361	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	INIEETTORE PER CAMPION	AGILENT TECHNOL	7683 INJECTOR SERIES			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006701	0001961	21598	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG16	PRODUZIONE DI IDROGEN	CESSECI SRL	HK 260			generatori di gas
0006702	0001156	Non prese	AVC - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO-03	CONTROLLER PER CAMPIO	THERMO ELECTRO	IAS 2000			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006703	0001071	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG15	PREPARATORE DI CAMPIO	GILSON INC	VALVEMATE			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0006715	0003002	06134/A	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO12	FORNO PER COLONNE HPLC	DIONEX CORP	LC 10-2	02050314		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006718	0002543	19351	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG12	ELABORATORE PER LABOR	COMPAQ	EVO			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0006719	0002543	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG12	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER	C/			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0006720	0002543	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG12	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1015			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0006758	0001947	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG14	MONITOR PER COMPUTER	SAMSUNG ELECTR	SYNCMMASTER			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006759	0002424	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPED C P4 I	MONITOR PER COMPUTER	HYUNDAI	X 91 W			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006760	0000626	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG12B1	MONITOR PER COMPUTER	BELINEA MONITOR	17 30 51			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006761	0001196	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG12B1	ELABORATORE PER LABOR	DELL COMPUTER	COOPTIPLX GX 270			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006762	0001196	20717	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG12B1	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1320 N			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006779	0001881	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP5P LG19	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER	C/			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0006784	0001169	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG9	DESORBITER TERMICO	MARKES INTERNAT	UNITY 2			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006786		18116	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPED C P2 I	LAVAGGIO E DISINFEZION	SMEG SPA	GW 4090	0030115461		lavavetreria
0006819	0001527	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG24	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	/			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006856	0006268	21640	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P LG20	MONITOR PER COMPUTER	HEWLETT PACKARD	CLA 2205 WG			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0006903	0002607	13140	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG06	ELABORATORE PER LABOR	DELL COMPUTER	COOPTIPLX 790			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0006904	0002607	21572	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG06	MONITOR PER COMPUTER	BELINEA MONITOR	17 30 51			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0006980		1528	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP1P 13	CONTATORE CELLULARE	BECKMAN COULTER	22	AN47383		contatore cellulare
0006981	0006981	23481	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP1P 14	LETTORE PER IMMUNOCHI	BIOCHROM LTD	EZ READ 400	503900		spettrofotometro
0006982	0006981	3498	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP1P 13	ELABORATORE PER LABOR	OLIDATA SPA	/			PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0006983	0006981	Non prese	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP1P 13	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA	L 71 C	0852TG102350		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007051		21607	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP4P LG03	STUFA ESSICCATRICE	F.LLI GALLI G & P	/			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007123		1985	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	DIPARTIMENTO GROSSETO	Prove in 3P	TERRAZZANALISI STERILITA' AMBIE	LANZONI SRL	VPPS 2000			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007239	0005299	6645	AVL - Pietrasanta -	P.zza della Repubblica	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPST 21	FONTE LUMINOSA DA LABO	OLYMPUS OPTICAL	HIGHLIGHT 3000	323002		HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007242		6531	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP1P 08	ARMADIO ASPIRATO	LABOR SECURITY S	SAFETYBOX			armadio aspirato
0007243		6532	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPST 11	LAVAGGIO E DISINFEZION	SMEG SPA	GW 4050			lavavetreria
0007244		6533	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPST 11	AUTOCLAVE	FEDEGARI AUTOCL	FVA 2	NB0736AF		autoclave
0007293		7779	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO15	ESTRAZIONE SOLVENTI, AP	DIONEX CORP	ASE 200	98070130		estrazione solventi, apparecchio per (ASE)
0007307	0007307	8449	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P001 ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	ISOSTACK G4	11430304P		HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007308	0007307	8448	AVL - MASSA CARRA	via Del Patriota n. 2	DIPARTIMENTO MASSA	Prove in	P001 CONTROLLER PER CAMPIO	TCR TECORA	ISOSTACK G4	11470044C		HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007309	0007309	6284	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in	PT 23 FUMI, ANALIZZATORE DI	HORIBA INSTRUMET	PG 250			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007312	0007309	6285	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	MEZZO MISSTEMA PRODUZIONE VU	STA SERVIZI TECNO	CHILLY 06			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007321	0003544	24228	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	P009	CAMPIONATORE DI SPAZIO	PERKIN ELMER CO	TURBOMATRIX	hts40s1311		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007322		21424	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLGP3513	PRODUZIONE ACQUA PURA	THERMO FISHER	SD11951	41604527		produzione acqua pura, apparecchio per
0007323		21422	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLGP3513	PRODUZIONE ACQUA PURA	THERMO FISHER	SD14041	41256637		produzione acqua pura, apparecchio per
0007324		24451	AVS - GROSSETO	via Fiume n. 35	SETTORE GEOTERMIA	-	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA	BRAVO M2			HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007329	0002404	Non prese	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP3P LG8	REGISTRATORE SU CARTA	SAMSUNG ELECTR	XPRESS M2022	ZF4588GF4F02G		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007341	0004384	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO009	INIEETTORE PER CAMPION	AGILENT TECHNOL	7683 B INJECTOR	CN54729180		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007342		Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO009	MONITOR PER COMPUTER	ASUS COMPUTER I	VS 207	E3LMTF089481		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007343		Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO009	MONITOR PER COMPUTER	ASUS COMPUTER I	VS 207	E1LMTF128558		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007347	0003062	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO009	CAMPIONATORE AUTOMATI	AGILENT TECHNOL	G 2614 A	CN64141396		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007348		23964	AVS - AREZZO	V.le Magirardo n. 1	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPpiano II lo	MICROSCOPIO OTTICO DA	ZEISS CARL	AXIO SCOPE A1	3331000959/33		HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007349		23486	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPp113	AMPLIFICATORE DI SEQUEN	CIAGEN INSTRUMET	ROTOR GENE Q	R1013303		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007354		22910	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP23-PS	GENERATORE DI AZOTO	CLAIND SRL	NITRO	19241		HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta
0007363	0002216	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO009	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V	1.5	400264		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007371	0007386	23101	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT32	PRODUZIONE DI IDROGEN	CDBS STRUMENTI	SCDBS LDK 1	HK141215080		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007372	0003303	23100	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPT1 40	PRODUZIONE DI IDROGEN	CDBS STRUMENTI	SCDBS LDK 1	HK141215079		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007386	0007386	21914	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP32/1*	GASCROMATOGRAFO	SHIMADZU CORP	GC 2010 PLUS E	C11805210877		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007387	0007386	21916	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP32/1*	CAMPIONATORE AUTOMATI	SHIMADZU CORP	AOC 20I	C121852002405		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007388	0007386	23147	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP32/1*	PERSONAL COMPUTER BIO	DELL COMPUTER	COOPTIPLX 7010	6540H32		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007389	0007386	17433	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP32/1*	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER	CE 2014 HF	CN-OP060-72		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007391	0003080	21915	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP39/1*	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V	1.5	G1099-80024		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007432	0002216	Non prese	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPPO009	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	LASERJET P 1102	VNF8Y03802		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007532	0008668	23825	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P 08	SAMSUNG ELECTR	XPRESS M2020 W		07H088GF8C004		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007533	0003531	25540	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP2P 08	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD	OFFICEJET 2622	CN412GGMJ		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Gestione Diretta
0007577		22913	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	DIPARTIMENTO LIVORNO	Prove in c	PT 22 ANALISI STERILITA' AMBIE	MEGA SYSTEM SRL	LIFETEK 33	12695		HC Hospital Consulting S.p.A. - Gestione Diretta

0007578		22914	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c /	ANALISI STERILITA' AMBIE	MEGA SYSTEM SRL LIFETEK 33	13013	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta	pompa campionamento aria
0007586	0007386	NON PRES	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	PT32	SOFTWARE	SHIMADZU CORP GC SOLUTION	C52335200512L	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007587	0007386	7587	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	PT32	SOFTWARE	SHIMADZU CORP LC SOLUTION	223-61651-91	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007588	0006041	7588	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	PT32	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL MSD CHEMSTATIO	E.02.02.1431	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007589	0003313	NON PRES	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	PT32	SOFTWARE	PERKIN ELMER CO TOTALCHROM		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007590	0000022	NON PRES	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	PT32	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL MSD CHEMSTATIO	E.02.00.493	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007596	0000015	22701	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P2 8	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V RV 3	56099259	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007597	0000868		AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P2 8	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL MSD CHEMSTATIO	VERS. A.10A.02	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007599	0003920	22706	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P2 12	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD DESKJET D 2660		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007630		22639	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	05	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA DELTA MK2	D15393695	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007631		22637	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	05	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA DELTA MK2	D1539368	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007632		22638	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	05	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA DELTA MK2	D1539370	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007651	0002389		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P3 LG8	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL CHEMSTATION	VERS. A.10.02	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007652	0006684		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P3 LG8	SOFTWARE	AGILENT TECHNOL MSD CHEMSTATIO	G1701-60059	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007653	0002389		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P3 LG8	REGISTRATORE SU CARTA	SAMSUNG ELECTRXPRESS M2022	ZF4580GF402G	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007654	0002404		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P3 LG8	REGISTRATORE SU CARTA	SAMSUNG ELECTRXPRESS M2022	ZF4580GDCC000	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007655		22504	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO		LGP3513	PRODUZIONE ACQUA PURA	THERMO FISHER S/		HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007663	0001642		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	IV PIANO	INIEZIONE PER CAMPIONA	AGILENT TECHNOL 7683	CN34233130	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007664	0004361		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P3 LG16	CAMPIONATORE AUTOMAT	HEWLETT PACKAREG 2614 A	CN34226711	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007699	0002050		AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	PO20	POMPA PER VUOTO PER LA	EDWARDS HIGH V RV 3	056055760	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007741		23265	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	MEZZO	MIGASCROMATOGRAFO	RATFISCH ANALYS RS 53-T		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007748		6282	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	PT 23	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA EASY GAS	344080	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007751		6287	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	PT 23	ANALISI STERILITA' AMBIE	ANALITICA STRUMI/	600/PP014R3	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007752		6293	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	PT 23	ANALISI STERILITA' AMBIE	ANALITICA STRUMI/	600/R30001G	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007754		6299	AVL - LUCCA	via Vallisneri n. 6	DIPARTIMENTO LUCCA	Prove in c	PT 23	ANALISI STERILITA' AMBIE	TCR TECORA BRAVO M	95681	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007911	0005364	23639	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	FOTOCAMERA DIGITALE	NIKON CORP DS-RI 2	701002	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007912	0005364		AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	WORKSTATION DIAGNOSTI	HEWLETT PACKAREZ 820 WORKSTATI	CZC4384LHY	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007913	0005364	23528	AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C/	CN-02R1K1Y-7426	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007923	0005364		AVL - PISA	via V. Veneto n. 27	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 17	SOFTWARE	NIKON CORP NIS ELEMENTS AR	MQS31000	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007935		22636	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	amianto	MICROSCOPIO OTTICO DA	ZEISS CARL AXIOLAB	3136002235	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0007974	0003532	25868	AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	Ed.B P2/0	MONITOR PER COMPUTER	ASUS COMPUTER I VS 228	FCLMTF281734	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0007993	0003320		AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P1 39	POMPA PER VUOTO PER LA	PFEIFFER VACUUM DUO 2.5	21867651	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008400			AVL - Pietrasanta -	P.zza della Repubblica	SETTORE VERSILIA MASSACIU	Prove in	ESTERNO	ANALISI STERILITA' AMBIE	LANZONI SRL VPPS 2000	335	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0008421	0001851	26524	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	20	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARELASERJET 1200	CNC 2515208	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008452	0000868		AVL - LIVORNO	via Marradi 114	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P2 8	MONITOR PER COMPUTER	PHILIPS MEDICAL 193 V 5L	UK0A163301049	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008500	0001851		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ED C P5 L	ELABORATORE PER LABORATO	IBM CORP LENOVO	LMLVMOV	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008501	0001851		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	ED C P5 L	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS XP PRO	00756-312-1488	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008542	0005919	25172	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P0 26	ELABORATORE PER LABORATO	DELL COMPUTER COOPTIPLX 3020	25172	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008543	0005919	24294	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P0 26	SOFTWARE	PERKIN ELMER CO /	N0780203 Rev D	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008585	0004252		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P3 LG8	MONITOR PER COMPUTER	ASUS COMPUTER I VS 197	GALMTF156473	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008595	0008598	14580/A	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	03/1	SOFTWARE	EG & G ORTEC GAMMAVISION	17034311	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008596	0008598	14580/B	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	03/1	SOFTWARE	EG & G ORTEC ANGLE BV A9	A9U95-8GT4U L	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008597	0008598	14580/D	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	03/1	INTERFACCIA	EG & G ORTEC DIM-POSGE	17031005	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008598	0008598	14580/C	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	03/1	DOSIMETRO	EG & G ORTEC DSPEC LF	16354449	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008599	0008598	14580/A	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OPLG	03/1	SOFTWARE	EG & G ORTEC MAESTRO	17058115	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008604	0002389		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P3 LG8	MONITOR PER COMPUTER	AOC APPLIED OPTRE9705WN	GHDH4HA05994	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008638	0002816	12662	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	4P LG09	ELABORATORE PER LABORATO	OLIDATA SPA DC-E 2000	17891059	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008639	0002816		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	4P LG09	MONITOR PER COMPUTER	OLIDATA SPA MR 17F 10N	0852TG101364	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008640	0003227	25193	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG20	PERSONAL COMPUTER BIO	DELL COMPUTER COOPTIPLX 3020	85KNT72	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0008641	0003227	25760	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	2P LG20	MONITOR PER COMPUTER	DELL COMPUTER C/	CN-01521F 7287	HC Hospital Consulting SSIC - Gestione Diretta
0008652	0002062	228/A	AVS - SIENA	Loc. Ruffolo	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	P0 20	MONITOR PER COMPUTER	PHILIPS MEDICAL 223V 5L	ZV0A173700918	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008665	0001969	27049	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG14	PERSONAL COMPUTER BIO	DELL COMPUTER CPRECISSION TOWER	66GR3N2	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008666	0001969		AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG14	SOFTWARE	MICROSOFT CORP WINDOWS 7 SP 1	00371-OEM-899	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta
0008667	0001969	26610	AVC - FIRENZE	via Ponte alle Mosse	SETTORE LABORATORIO	UNITA' OP	5P LG14	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARELASERJET 1300		PERKIN ELMER ITALIA S.p.A - Gestione Diretta

	TIPOLOGIA	HC/PE	Numero di apparecchi padre/singoli	Manutenzione preventiva	Verifica funzionale	Taratura
1	alimentatore per fluorescenza	HC	2			
2	analizzatore di fumi	HC	7			
3	analizzatore di fumi	HC	2	Annuale	Annuale	
5	analizzatore multiplo a flusso continuo	HC	1	Annuale	Annuale	
6	armadio aspirato	HC	44	Annuale		
7	autoclave	HC	6	Annuale	Annuale	
8	bagno termostatico	HC	9			
9	bilancia analitica	HC	4	Annuale		Annuale
10	bioluminometro per ecotossicità	HC	2	Annuale		Annuale
11	bioluminometro per ecotossicità	HC	3	Annuale		
12	cabina climatizzata (per PM10)	HC	1			
13	campionatore per pollini	HC	5	Biennale		
14	cappa aspirante-chimica	HC	87	Annuale	Annuale	
15	cappa sterile a flusso laminare	HC	13	Annuale	Annuale	
16	cella frigo	HC	9	Annuale	Annuale	
17	centrifuga	HC	8	Annuale	Annuale	
18	centrifuga refrigerata	HC	5	Annuale	Annuale	
19	compressore (solo per usi di laboratorio)	HC	1	Annuale		
20	congelatore da laboratorio	HC	21	Annuale	Annuale	
21	conta globuli counter	HC	1	Annuale	Annuale	
22	contatore a scintillazione e luminescenza	PE	1			
23	contatore cellulare	HC	1			
24	cromatografo a permeazione di gel GPC	PE	1			
25	cromatografo in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC	PE	6			
26	cromatografo ionico	PE	6			
27	digestore	HC	2			
28	diluitore	HC	9			
29	distillatore	HC	4	Annuale		
30	dosimetro	PE	1			
31.1	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)	PE	6			
31	estrazione solventi, apparecchio per (ASE)	HC	12	Annuale	Annuale	
32	evaporatore	HC	8			
33	flussimetro elettronico	HC	4			Triennale
34	frigorifero da laboratorio	HC	63	Annuale	Annuale	
35	(ECD FID NPD... con esclusioni di spettrometro di massa)	PE	19	Annuale	Annuale	
36	Gasromatografo con detector a spettrometro di massa (MS)	PE	18	Annuale	Annuale	
37	gasromatografo portatile	PE	3			
38	generatori di gas	HC	3			
39	ICP ottico	PE	2			
40	incubatori	HC	24	Annuale	Annuale	
41	incubatori ad anidride carbonica	HC	2	Annuale	Annuale	
42	incubatori refrigerati	HC	7	Annuale	Annuale	
43	lavavetreria	HC	5			
44	lettore per elettreti	HC	1	Annuale	Annuale	
45	luxmetro	HC	1			
46	microscopio ottico da laboratorio	HC	48	Annuale	Annuale	
47	mineralizzatore a microonde	PE	4			
48	misuratore di flusso - tubo di pitot	HC	2			
49	misuratore di portata	HC	9			
50	muffola	HC	2			
51	mulino da laboratorio	HC	11	Annuale		
52	pompa campionamento aria	HC	34			
53	pompa campionamento aria	HC	13	Annuale	Annuale	
54	produzione acqua pura, apparecchio per	HC	14	Annuale		
55	Respirometri	HC	2	Annuale	Annuale	
56	Rilevatore di radon a tracce nucleari	HC	1	Annuale	Annuale	
57	setacciatore analitico	HC	8			
58	sistema di raffreddamento (chiller)	HC	10			
59	Sistema microanalisi amianto (Spettrometria a dispersione di energia)	HC	1	Annuale	Annuale	
60	sistema spettrometria gamma	PE	2	Annuale	Annuale	
61	Sonda isocinetica riscaldata	HC	4			
62	spettrofotometro	PE	7			
63	spettrofotometro ad assorbimento atomico	PE	2			
64	stufa essiccatrice	HC	24			
65	termociclatore	PE	2			
66	termometro	HC	11			Biennale
67	unità per analisi spettrofotometrica a iniezione di flusso FIAS	PE	1			

Modifiche al “Capitolato speciale - Servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale installate presso le sedi Arpa Toscana”

Art. 4 Oggetto del contratto

Modificato:

Allegato 1 “Elenco apparecchiature” eliminati i seguenti codici HC: 0000871, 0001861, 0002991, 0006094, 0007326 e 0003553.

Variata la periodicità manutentiva di alcune tipologie di apparecchi: autoclave (MP e VF annuale), cappa sterile a flusso laminare (MP e VF annuale), cella frigo (MP annuale), congelatore da laboratorio (MP annuale), frigorifero da laboratorio (MP annuale), incubatori (MP e VF annuale), incubatori ad anidride carbonica (MP e VF annuale), incubatori refrigerati (MP e VF annuale), stufa essiccatrice (MP e VF annuale), contatore a scintillazione e luminescenza (attività programmate non previste), cromatografo a permeazione di gel GPC (attività programmate non previste), cromatografo in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC (attività programmate non previste), cromatografo ionico (attività programmate non previste), dosimetro (attività programmate non previste), estrazione solventi, apparecchio per (ASE) (attività programmate non previste), gascromatografo con detector vari (attività programmate solo per le apparecchiature di seguito riportate), Gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS) (attività programmate solo per le apparecchiature di seguito riportate), gascromatografo portatile (attività programmate non previste), ICP ottico (attività programmate non previste), mineralizzatore a microonde (attività programmate non previste), sistema spettrometria gamma (attività programmate solo per le apparecchiature di seguito riportate), spettrofotometro (attività programmate non previste), spettrofotometro ad assorbimento atomico (attività programmate non previste), termociclatore (attività programmate non previste), unità per analisi spettrofotometrica a iniezione di flusso FIAS (attività programmate non previste).

Apparecchi per i quali verrà eseguita la MP/VF come da calendario esistente per le tipologie sopra citate (gascromatografo con detector vari, gascromatografo con detector a spettrometro di massa (MS), sistema spettrometria gamma), 0003320, 0003080, 0006041, 0004384, 0001629, 0002404, 0006192, 0008598, 0000626, 0001156, 0001961 e 0006684

Art. 11 Gestione informatizzata del servizio

Integrato:

La gestione dell’anagrafica degli strumenti di laboratorio e delle attività ad essi associate sarà effettuata con l’applicativo software BiogestNT, ovvero la nuova versione dell’applicativo BioArpaGest, attualmente utilizzato. Il software BiogestNT, di proprietà dell’appaltatore, verrà concesso in uso al cliente nell’ambito del servizio offerto per tutta la durata del vigente contratto. Al termine del contratto stesso, la ditta appaltatrice si rende disponibile a fornire i dati relativi agli strumenti e alle attività svolte, nei formati più diffusi (xlsx, csv, XML, etc. ...).

La ditta appaltatrice si rende disponibile a fornire ad Arpat, con periodicità e modalità da concordare, i dati grezzi presenti nel sistema informativo con cui gestirà il servizio.

Art. 14 Manutenzione Correttiva

Integrato:

Si intendono escluse tutte le attività di ripristino che tipicamente coinvolgono la parte di introduzione del campione che di fatto si risolvono attraverso una manutenzione del sistema (pulizia). Tali procedure di fatto sono a carico dell'utilizzatore come riportato fra l'altro sul manuale operativo della strumentazione.

Per esempio : pulizia iniettori/detector/quadrupoli/trappole ioniche/sorgenti masse/Vessel P&T/ecc..

Punto 4. Modificato: "Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria stimi che il costo della riparazione (di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e materiali di consumo) sia almeno il 50% del valore di rinnovo dell'apparecchiatura dovrà darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione il quale procederà alla dismissione dell'apparecchiatura"

Eliminati i Punti 5, 8 e 9.

Art. 20 Attività su componenti particolari: computer, hardware, software e stampanti

Punto 2 Modificato: La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione di tali computer, monitor e stampanti, ove possibile.

Eliminati Punti 3, 4 e 5.

Art 21 Parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e materiali di consumo

Modificato Punto 3 come segue:

Rimangono esclusi dalla fornitura diretta da parte della ditta aggiudicataria i materiali di seguito elencati, il cui onere rimane a carico di Arpat:

- Colonne e precolonne per cromatografia
- Setti e liner per iniettori cromatografici
- Siringhe esterne per iniezione con autocampionatori
- Tubi per pompe peristaltiche
- Contatti e tubi di grafite per assorbimento atomico
- Lampade per assorbimento atomico
- Cartucce e filtri a cartuccia su linee gas per la purificazione dei gas
- Cartucce e filtri per acqua di raffreddamento e produzione di acqua pura
- Elettrodi per misura pH, conducibilità e ionosensibili
- Siringhe / Vials per autocampionatori
- Sorgenti / Cuvette / celle a flusso per fotometri e spettrofotometri
- Contenitori in pressione (vessel) e relative guaine per la mineralizzazione a microonde
- Parti di ricambio per celle ASE
- Filamenti per spettrometri di massa/Detector/Quadrupoli/Esapoli/Ottapoli
- Olio per pompe da vuoto
- Soppressore per Cromatografia Ionica
- Torcia/Coni/Filtri ionici/iniettori/nebulizzatori/RF Coil /Detector /Sorgenti per AA- ICP - ICPMS
- Trasduttore per sistema nebulizzatore per ICP ottico
- Ampolla per standard interno, sparger, kit per sostituzione ago , Trappole analitiche , campionamento acque per campionario Purge&Trap
- Tutte le soluzioni o reagenti necessarie al funzionamento degli strumenti o per lo svolgimento di test di laboratorio
- Tutti gli standard in fase solida liquida o gassosa certificati per la taratura
- Filtri e prefiltri per cappe chimiche e biologiche
- Materiali di consumo per stampanti (toner, cartucce, ecc)

Art. 23 Esclusioni

Modificato:

Qualora vengano riscontrati danni alle apparecchiature per furti, incendi, atti vandalici, manomissioni, eventi atmosferici o accidentali non dipendenti dalle attività di manutenzione della Ditta appaltatrice o dipendenti da attività effettuate senza la necessaria diligenza da parte di Arpat, la ditta aggiudicataria dovrà segnalarli tempestivamente al Direttore dell'esecuzione di Arpat. In questo caso l'onere relativo alla riparazione sarà a carico di Arpat stessa.

Art. 28 Penalità

Modificato come segue:

SERVIZI	REQUISITI	PENALI
Gestione informatizzata	Ritardo nella attivazione della gestione informatizzata	0.3 per cento del canone contrattuale (semestrale) relativo alla strumentazione oggetto di manutenzione per ciascun giorno di ritardo.
	Ritardo nella registrazione degli interventi ed inserimento relativi allegati	0.3 per cento del canone contrattuale (semestrale) relativo alla strumentazione oggetto di manutenzione per ciascun giorno di ritardo.

Manutenzione correttiva	Rispetto dei tempi di intervento	0.3 per cento del canone contrattuale (semestrale) relativo alla strumentazione oggetto di manutenzione per ciascun giorno di ritardo.
Attività programmate (manutenzione preventiva, tarature, sicurezza elettrica)	Rispetto delle scadenze previste	0.3 per cento del canone contrattuale (semestrale) relativo alla strumentazione oggetto di manutenzione per ciascun giorno di ritardo.
Interventi (manutenzione preventiva con emissione di relazione tecnica)	Rispetto dei tempi di inserimento della relazione tecnica nel sistema informatico	0.3 per cento del canone contrattuale (semestrale) relativo alla strumentazione oggetto di manutenzione per ciascun giorno di ritardo.

Art. 35 e Art.36

Modificato :

Il canone è semestrale, 6 mesi non scorporabile.

Per la presa in carico e la quotazione degli apparecchi figlio, si valuterà ogni caso singolarmente.